

Poznań, dn. 16.05.2012 r

EZ/ 350/54/2012/650

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu o zamówienie publiczne  
nr EZ/ 350/54/2012 na dostawę i montaż mebli i sprzętu medycznego do pomieszczeń  
Wielkopolskiego Centrum Onkologii

Wielkopolskie Centrum Onkologii informuje, iż złożono pytanie do siwz podanego w tytule przetargu - do poz. 2 pakietu 9.

Pozycja 2 – Fotel Medyczny, została dopisana - pismo o modyfikacji siwz nr EZ/ 350/54/2012/4/642 z dn. 14.05.2012 r.

W związku z powyższym zamawiający odpowiada na złożone pytanie:

Pakiet 9 – taborety

Pytanie 1. Czy Zamawiający dopuści w poz. 2 taboret o regulacji wysokości siedziska w zakresie 46-58 cm? Pozostałe parametry bez zmian zgodnie z SIWZ.

Odp. TAK.

Z poważaniem

Z-ca Dyrektora ds. ekonomiczno-eksploatacyjnych

inż. Małgorzata Kołodziej - Sarna