

Poznań, dn. 06.07.2012r

EZ/350/80/2012/915

Wg rozdzielnika

Dot. przetargu nieograniczonego nr 350/80/2012 na zakup i dostawę systemu do archiwizacji szkiełek mikroskopowych.

Wielkopolskie Centrum Onkologii informuje, iż wpłynęło pytanie do ww przetargu, na które Zamawiający udzielił odpowiedzi:

Pytanie 1

Prosimy o informacje, czy każda z pozycji stanowi oddzielne zadanie? Czyli czy można składać ofertę tylko na szkiełka, tylko na nożyki lub tylko na ostrza autopsyjne?

Odp. Zamawiający dzieli asortyment wchodzący w zakres postępowania na pakiety:

Pakiet 1 – Szkiełka nakrywkowe (poz. 1 i 2)

Pakiet 2 – Nożyki nisko-profilowe

Pakiet 3 – Ostrza autopsyjne (poz. 1 i 2)

Pytanie 2

Prosimy o sprecyzowanie ilości wymaganych w pozycji 1 (szkiełka nakrywkowe) i 2 (nożyki mikrotomowe) próbek

Odp. Wymagane próbki:

Pakiet 1 poz. 1.1 - szkiełka nakrywkowe – 100sztuk.

Pakiet 2 - nożyki niskoprofilowe mikrotomowe – 20 sztuk.

Pakiet 3 poz. 1 ostrza autopsyjne dł. 130mm – 5 sztuk.

poz. 2 ostrza autopsyjne dł. 260mm – 5 sztuk.

Pytanie 3

W przypadku, jeśli pozycje 1,2 i 3 stanowią jedno zadanie na które oferent winien złożyć ofertę w całości, prosimy o rozbicie tego zadania na 3 – tj. umieszczenie szkiełek w oddzielnym pakiecie, nożyków mikrotomowych w osobnym oraz ostrzy w zadaniu 3 – takie rozwiązanie będzie zgodne z założeniami ustawy Pzp w dopuszczeniu w przetargu maksymalnej wolnej konkurencji, ponieważ umieszczenie całego asortymentu w jednym zadaniu stanowiłoby jej znaczne ograniczenie.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę – patrz odpowiedź na pytanie 1.

Pytanie 4

Prosimy o wyjaśnienie, w jaki sposób Zamawiający zamierza dokonać obiektywnej oceny jakościowej nożyków, przy założeniu, że brak jest jakiegokolwiek informacji dotyczących twardości, rodzaju tkanek oraz użytej do zatopienia materiału parafiny czyli parametrów, które mają istotny wpływ na przebieg

krojenia co może skutkować nierównym zużyciem noży niemającym realnego związku z ich jakością i przez co próba może okazać się nieobiektywna.

Odp.

Ocena nożyków niskoprofilowych zostanie przeprowadzona na mikrotomach używanych w WCO: Microm HM 340 E ; Microm HM 350 S i Leica RM 2245 i przeznaczone do skrawania rutynowego.

Materiały, które będą skrawane podczas testu: skóra, pierś, jelito, szpik kostny, tarczyca, Macica i jajnik.

Parafina stosowana w WCO to parafina o temperaturze krzepnięcia 56 – 58°C.

Zgodnie z opisem sposobu **oceny jakościowa** podanej w tabeli, ocena ta zostanie przeprowadzona na podstawie dostarczonych próbek; do oceny „trwałość noża” - zostanie przyjęta średnia ilość uzyskanych skrawków krojonych z 20sztuk. noży dostarczonych przez Wykonawcę.

Pytanie nr 5

Czy rozważą Państwo możliwość **wydzielenia spośród pozycji 1 – 3** zawartych w SIWZ , pozycji 1 (**szkiełka nakrywkowe 24x50 do automatu i 24x40**) i **utworzenie nowego oddzielnego pakietu** z tym asortymentem ?

Odp. Zamawiający uwzględniając interes Wykonawców wyraża zgodę i wydziela do osobnych pakietów następujący asortyment:

Pakiet 1 – Szkiełka nakrywkowe (poz. 1 i 2)

Pakiet 2 – Nożyki nisko-profilowe

Pakiet 3 – Ostrza autopsyjne (poz. 1 i 2)

(patrz również odpowiedź na pytanie 1)

Pytanie 6

Załącznik nr 7 do specyfikacji, Poz. 1

Zamawiający dla szkiełek nakrywkowych 50 x 24 mm napisał:

„1 Opakowanie = 100 szt .

Ilość - 2200 opak (220 000 szt.),,

Jednak 200 opak. po 100 szt. to jest 20 000 szt. szkiełek a nie 220 000 szt. Zatem jakie jest zapotrzebowanie Zamawiającego na w/w szkiełka?

Odp. Zamawiający koryguje ilość zamawianych szkiełek nakrywkowych i wymaga - **220 000sztuk.**

Pytanie 7

Załącznik nr 7 do specyfikacji

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie szkiełek nakrywkowych o rozmiarach 50 x 24 mm i 40 x 24 mm do osobnego pakietu?

Odp. Tak. Zamawiający wyraża zgodę. Wydzielenie zgodnie z warunkami określonym w odpowiedzi na pytanie 1.

Pytanie 8

Załącznik nr 7 do specyfikacji, Poz. 2

Jakiej ilości próbek nożyków niskoprofilowych do mikrotomu wymaga Zamawiający do przeprowadzenia oceny jakościowej?

Odp. Zamawiający wymaga **20 sztuk** do przeprowadzenia prób i oceny jakościowej.

Pytanie 9

Załącznik nr 7 do specyfikacji, Poz. 2, Tabela 2

W Tabeli 2 „Ocena jakościowa Nożyki nisko-profilowe do mikrotomu” w pozycji 4. Zamawiający napisał: „Szkiełka zaklasyfikowane jako wyrób medyczny”. Czy nastąpił błąd w druku i zamiast słowa „Szkiełka” powinno być „Nożyki” czy należy usunąć w całości tę pozycję tabeli?

Odp. W poz. 4 tabeli 2 winno być nożyki **Nożyki niskoprofilowe zaklasyfikowane jako wyrób medyczny**

Pytanie 10

Załącznik nr 7 do specyfikacji, Poz. 3

Jakiej ilości próbek ostrzy autopsyjnych o długości 130 mm i długości 260 mm wymaga Zamawiający do przeprowadzenia oceny jakościowej?

Odp. Zamawiający wymaga po 5 sztuk próbek ostrzy autopsyjnych o długości 130 mm i ostrzy autopsyjnych 260mm.

Zmodyfikowany załącznik nr 7 do siwz zawierający wszystkie zmiany wynikające z odpowiedzi na pytania jest załącznikiem do niniejszego pisma.

W związku z tym, że udzielone odpowiedzi na pytanie powodują zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający przesuwa termin składania i otwarcia ofert z dnia 09.07.2012 r na dzień **12.07.2012r – składanie ofert do godz. 10.00 i otwarcia ofert o godz. 11.00.**

Z poważaniem

Z-ca dyrektora ds. ekonomiczno-eksploatacyjnych

inż. Małgorzata Kołodziej-Sarna