

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 141477-2012 z dnia 2012-06-29 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Poznań
Zakup i dostawa sprzętu jednorazowego: nożyków niskoprofilowych, ostrzy autopsyjnych i szkiełek nakrywkowych dla Zakładu Patologii Nowotworów: Poz. 1 Szkiełka nakrywkowe 1. Szkiełka nakrywkowe, przeznaczone do użycia w nakrywarce...
Termin składania ofert: 2012-07-09

Numer ogłoszenia: 148001 - 2012; data zamieszczenia: 06.07.2012

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 141477 - 2012 data 29.06.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15, 61-866 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 8540500, fax. 061 8521948.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

- **Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:** II.1.3.
- **W ogłoszeniu jest:** Zakup i dostawa sprzętu jednorazowego: nożyków niskoprofilowych, ostrzy autopsyjnych i szkiełek nakrywkowych dla Zakładu Patologii Nowotworów: Poz. 1 Szkiełka nakrywkowe 1. Szkiełka nakrywkowe, przeznaczone do użycia w nakrywarce automatycznej, do badań histopatologicznych, cytologicznych, immunohistochemicznych i do badań molekularnych. Uwaga: Wymagane próbki dla przeprowadzenia testu - do tego celu potrzebny będzie 1 opak - 100 szt. Rozmiary - 50 x 24 mm wg. ISO 8255-1:1986 /Optics and optical instruments -- Microscopes -- Cover Glasses -- Part 1: Dimensional tolerances, thickness and optical properties/ 1 Opakowanie = 100 szt . Ilość - 200 opak =220 000 szt. 2. Szkiełka nakrywkowe do badań histopatologicznych, cytologicznych, immunohistochemicznych i do badań molekularnych. Rozmiary - 40 x 24 mm wg. ISO 8255-1:1986 /Optics and optical instruments -- Microscopes -- Cover Glasses -- Part 1: Dimensional tolerances, thickness and optical properties/ 1 Opakowania = 100 szt. Ilość 500 opak =50 000 szt. Szkiełka nakrywkowe w pozycji 1 i 2 winny posiadać Certyfikat CE - IVD oraz odpowiadać wymaganiom jakościowym i - wg. ISO 8255-2:1997 /Optics and optical instruments -- Microscopes -- Cover Glasses -- Part 2: Quality of

material, standards of finish and mode of packaging./ Poz. 2 Nożyki nisko-profilowe 1. Nożyki nisko-profilowe do mikrotomu, z stali nierdzewnej, do rutynowego skrawania i odpowiednie do twardych tkanek. Długość 80 mm. Opak. = 50 sztuk. Konieczne - nożyki muszą być 100% kompatybilne z uchwytem mikrotomu niskoprofilowym w Zakładzie Patologii Nowotworów; Ilość 200 Opak po 50 sztuk = 10000 szt. Poz. 3. Ostrza autopsyjne 1. Ostrza autopsyjne do wstępnego opracowania, ze stali nierdzewnej, o długości 130 mm do pobierania materiałów histopatologicznych. 1 Opak = 50 szt. Konieczne - Ostrza muszą być w 100% kompatybilne z drewnianymi uchwytami firmy Feather - model F130/S/ Ilość : 10 Opak po 50 szt. = 500 szt. 2. Ostrza autopsyjne do wstępnego opracowania, ze stali nierdzewnej, o długości 260 mm histopatologicznych. Opak. = 50 sztuk Koniecznie - Ostrza muszą być w 100% kompatybilne z drewnianymi uchwytami firmy Feather - model F-260/S/ Ilość : 2 Opak po 50 szt. = 100 szt. Szczegółowy opis i wymagania w załączniku nr 7 do siwz...

- **W ogłoszeniu powinno być:** Zakup i dostawa sprzętu jednorazowego: nożyków niskoprofilowych, ostrzy autopsyjnych i szkiełek nakrywkowych dla Zakładu Patologii Nowotworów: Pakiet 1 Szkiełka nakrywkowe Poz.1. Szkiełka nakrywkowe, przeznaczone do użycia w nakrywarce automatycznej, do badań histopatologicznych, cytologicznych, immunohistochemicznych i do badań molekularnych. Uwaga: Wymagane próbki dla przeprowadzenia testu - do tego celu potrzebny będzie 1 opak - 100 szt. Rozmiary - 50 x 24 mm wg. ISO 8255-1:1986 /Optics and optical instruments -- Microscopes -- Cover Glasses -- Part 1: Dimensional tolerances, thickness and optical properties/ 1 Opakowanie = 100 szt. Ilość - 2200 opak =220 000 szt.; Pozycja 2. Szkiełka nakrywkowe do badań histopatologicznych, cytologicznych, immunohistochemicznych i do badań molekularnych. Rozmiary - 40 x 24 mm wg. ISO 8255-1:1986 /Optics and optical instruments -- Microscopes -- Cover Glasses -- Part 1: Dimensional tolerances, thickness and optical properties/ 1 Opakowania = 100 szt. Ilość 500 opak =50 000 szt. Szkiełka nakrywkowe w pozycji 1 i 2 winny posiadać Certyfikat CE - IVD oraz odpowiadać wymaganiom jakościowym i - wg. ISO 8255-2:1997 /Optics and optical instruments - Microscopes -- Cover Glasses -- Part 2: Quality of material, standards of finish and mode of packaging./ Pakiet 2. Nożyki nisko-profilowe Poz. 1. Nożyki nisko-profilowe do mikrotomu, z stali nierdzewnej, do rutynowego skrawania i odpowiednie do twardych tkanek. Długość 80 mm. Opak. = 50 sztuk. Konieczne - nożyki muszą być 100% kompatybilne z uchwytem mikrotomu niskoprofilowym w Zakładzie Patologii Nowotworów; Ilość 200 Opak po 50 sztuk = 10000 szt. Pakiet 3. Ostrza autopsyjne 1. Ostrza autopsyjne do wstępnego opracowania, ze stali nierdzewnej, o długości 130 mm do pobierania materiałów histopatologicznych. 1 Opak = 50 szt. Konieczne - Ostrza muszą być w 100% kompatybilne z drewnianymi uchwytami firmy Feather - model F130/S/ Ilość : 10 Opak po 50 szt. = 500 szt. 2. Ostrza autopsyjne do wstępnego

opracowania, ze stali nierdzewnej, o długości 260 mm histopatologicznych. Opak. = 50 sztuk
Konieczne - Ostrza muszą być w 100% kompatybilne z drewnianymi uchwytami firmy Feather -
model F-260/S/ Ilość : 2 Opak po 50 szt. = 100 szt. Szczegółowy opis i wymagania w załączniku
nr 7 do siwz...

- **Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:** IV.4.2.
- **W ogłoszeniu jest:** Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.07.2012 godzina 09:00, miejsce: Wielkopolskie Centrum Onkologii ul. Garbary 15, 61-866 Poznań pokój 3089 (Kancelaria - III piętro w STARYM BUDYNKU), w dni robocze, w godzinach od 7.30 do 14.30..
- **W ogłoszeniu powinno być:** Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.07.2012 godzina 10:00, miejsce: Wielkopolskie Centrum Onkologii ul. Garbary 15, 61-866 Poznań pokój 3089 (Kancelaria - III piętro w STARYM BUDYNKU), w dni robocze, w godzinach od 7.30 do 14.30..
- **Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:** II.1.6.
- **W ogłoszeniu jest:** Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie..
- **W ogłoszeniu powinno być:** Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak - 3 pakiety.
- **Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:** Część 1.
- **W ogłoszeniu jest:** brak wpisu.
- **W ogłoszeniu powinno być:** Pakiet 1 Szkiełka nakrywkowe 1. Szkiełka nakrywkowe, przeznaczone do użycia w nakrywarce automatycznej, do badań histopatologicznych, cytologicznych, immunohistochemicznych i do badań molekularnych. Uwaga: Wymagane próbki dla przeprowadzenia testu - 100 szt. próbek szkiełek nakrywkowych w poz. 1. Rozmiary - 50 x 24 mm wg. ISO 8255-1:1986 (Optics and optical instruments -- Microscopes -- Cover Glasses -- Part 1: Dimensional tolerances, thickness and optical properties) 1 Opakowanie = 100 szt. Ilość - 2200 opak (220 000 szt.) 2. Szkiełka nakrywkowe do badań histopatologicznych, cytologicznych, immunohistochemicznych i do badań molekularnych. Rozmiary - 40 x 24 mm wg. ISO 8255-1:1986 (Optics and optical instruments -- Microscopes -- Cover Glasses -- Part 1: Dimensional tolerances, thickness and optical properties) 1 Opakowania = 100 szt. Ilość 500 opak (50 000 szt.) Szkiełka nakrywkowe w pozycji 1 i 2 winny posiadać Certyfikat CE - IVD oraz odpowiadać wymaganiom jakościowym i - wg. ISO 8255-2:1997 (Optics and optical instruments -- Microscopes -- Cover Glasses -- Part 2: Quality of material, standards of finish and mode of

packaging.) Kryteria oceny ofert 1-cena - 60 ocena jakościowa - 40 Pozostałe wymagania jak w siwz i ogłoszeniu.

- **Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:** Część 2.
- **W ogłoszeniu jest:** brak wpisu.
- **W ogłoszeniu powinno być:** Pakiet 2 Nożyki nisko-profilowe 1. Nożyki nisko-profilowe do mikrotomu, z stali nierdzewnej, do rutynowego skrawania i odpowiednie do twardych tkanek. Długość 80 mm. Opak. = 50 sztuk. Konieczne - nożyki muszą być 100% kompatybilne z uchwytem mikrotomu niskoprofilowym w Zakładzie Patologii Nowotworów; Ilość wymaganych próbek - 20 sztuk. Ilość 200 Opak po 50 sztuk = 10000 szt. Kryteria oceny ofert 1-cena - 60 ocena jakościowa - 40 Pozostałe wymagania jak w siwz i ogłoszeniu.
- **Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:** Część III.
- **W ogłoszeniu jest:** barka wpisu.
- **W ogłoszeniu powinno być:** Pakiet 3. Ostrza autopsyjne 1. Ostrza autopsyjne do wstępnego opracowania, ze stali nierdzewnej, o długości 130 mm do pobierania materiałów histopatologicznych. 1 Opak = 50 szt. Konieczne - Ostrza muszą być w 100% kompatybilne z drewnianymi uchwytami firmy Feather - model F130S Ilość : zamawiana = 500 sztuk. Wymagana ilość próbek - 5 sztuk. 2. Ostrza autopsyjne do wstępnego opracowania, ze stali nierdzewnej, o długości 260 mm histopatologicznych. 1 Opak. = 50 sztuk Koniecznie - Ostrza muszą być w 100% kompatybilne z drewnianymi uchwytami firmy Feather - model F-260S Ilość zamawiana = 100 sztuk. Wymagana ilość próbek - 5 sztuk. Kryteria oceny ofert 1-cena - 60 ocena jakościowa - 40 Pozostałe wymagania jak w siwz i ogłoszeniu.