

Poznań, dnia 19.09.2012  
EZ/350/85/2012/1204

**Wg rozdzielnika:  
do wszystkich zainteresowanych i uczestników postępowania o zamówienie publiczne.**

dotyczy: przetargu nieograniczonego nr EZ/350/85/2012 **Zakup i dostawa odczynników, starterów, przeciwciał i automatycznej pipety dozującej, probówek**

Wielkopolskie Centrum Onkologii uprzejmie informuje, iż wpłynęły zapytania do Specyfikacji, na które udzielamy odpowiedzi:

**PYTANIE**

Pytanie do punktu II Tryb udzielenia zamówienia w SIWZ

Zgodnie z wymaganiami Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany do podania na fakturze terminu ważności oferowanych wyrobów medycznych zgodnie z datą ważności na opakowaniu. Wyrób medyczny powinien posiadać co najmniej 12 miesięczny termin ważności od daty dostawy.

Czy takiemu samemu warunkowi podlegają oferowane produkty, które z definicji nie są wyrobami medycznymi?

**ODPOWIEDŹ**

Jeżeli wyrób nie jest produktem medycznym nie ma wymogu 12- miesięcznego okresu ważności. Nie mniej wymaga się terminu ważności minimum 3 miesiące dla takich produktów.

**UWAGA:**

Ocena oferty przez Zamawiającego zostanie dokonana w oparciu o wymagania zawarte w specyfikacji z uwzględnieniem niniejszej modyfikacji.

Z poważaniem,  
z-ca dyrektora ds. ekonomiczno- eksploatacyjnych

inż. Małgorzata Kołodziej- Sarna