

Poznań, dn. 02.08.2012 r

EZ/ 350/88/2012/1028

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu o zamówienie publiczne.
nr EZ/ 350/88/2012na zakup i dostawę mikroskopu diagnostyczno-konsultacyjnego z wyposażeniem dla
Zakładu Patologii Nowotworów .

Wielkopolskie Centrum Onkologii informuje, iż wpłynęły pytania do siwz podanego w tytule przetargu, na które Zamawiający udzielił odpowiedzi:

PYTANIA:

1. Zamawiający wymaga 24 h czasu reakcji serwisu. Niestety biura nie pracują w weekendy, a co za tym idzie nie ma możliwości przyjęcia takiego zgłoszenia po godzinie 17:00 w piątki, aż do rana w poniedziałek. Czy w związku z tym Zamawiający zgodzi się na wydłużenie czasu reakcji serwisu do 48 godzin w dni robocze? Jednocześnie dystrybutorzy zazwyczaj mają kilku serwisantów którzy podróżują po całej Polsce, tak więc stawienie się w następnym dniu roboczym w Poznaniu do godziny 14:00 byłoby czasem niemożliwe.

Odp.: Tak.

2. Czy Zamawiający zgodzi się na wydłużenie terminu naprawy do 10 dni roboczych?

Odp.: Tak.

3. Czy Zamawiający zgodzi się na wydłużenie terminu naprawy do 15 dni roboczych w przypadku sprowadzenia części zamiennych z zagranicy?

Odp.: Tak.

4. Czy Zamawiający zrezygnuje z naliczania odsetek za nieterminową naprawę w momencie dostarczenia na czas naprawy sprzętu zastępczego o takich samych parametrach lub lepszych?

Odp.: Konieczność dostarczenia urządzenia zastępczego ma zapewnić Zamawiającemu możliwość niezakłóconego funkcjonowania, zaś kary umowne za brak dokonania terminowej naprawy mają mobilizować wykonawcę do ich wykonywania w określonym terminie. W związku Zamawiający nie zrezygnuje z naliczania odsetek za nieterminową naprawę.

5. Czy Zamawiający dopuści dołączenie do oferty oryginalnych danych technicznych urządzenia w języku angielskim?

Odp.: Tak, pod warunkiem że załączone będzie do oferty tłumaczenie oryginalnych danych technicznych na język polski.

6. Dot. zał. 2 „Formularz cenowy”, załącznik nr 6 „Zestawienie parametrów technicznych” pkt. III. Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu podania miesiąca produkcji produktu. O ile dystrybutor jest w stanie zamówić sprzęt z konkretnym rokiem produkcji, to nie ma możliwości sprawdzenia daty produkcji mikroskopu z dokładnością co do miesiąca?

Odp. Tak.

7. Pytanie dot. pkt. 4 „Warunki gwarancji SIWZ oraz paragrafu 3 ust. 17 e umowy

I tak pkt. 4 „Warunki gwarancji SIWZ mówi iż:

*„Wykonawcy zobowiązuje się naprawić uszkodzone urządzenia – przedmiot zamówienia w terminie do 5 dni roboczych od momentu otrzymania zgłoszenia do naprawy, a w przypadku konieczności sprowadzania części spoza granic Polski – do 10 dni roboczych. W przypadku niedotrzymania terminu naprawy Zamawiający może naliczyć Wykonawcy **karę umowną w wysokości 0,1% wartości netto zamówienia, którego dotyczy naprawa, za każdy dzień opóźnienia**”*

Natomiast paragrafu 3 ust. 17 e umowy:

*„w razie nieusunięcia wady Urządzenia w terminie wskazanym w pkt. c. lub d. niniejszego ustępu Zamawiający będzie uprawniony, według swojego wyboru, domagać się do Wykonawcy wymiany Urządzenia na nowe lub zapłaty kary umownej w wysokości 0,1 % **całkowitej wartości netto Urządzenia, o której mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia.***

Czy Zamawiający mógłby sprecyzować sposób naliczania kar. Czy będą to kary naliczane od wartości sprzętu/części/ elementu –którego to naprawa będzie dotyczyła, czy też od wart netto całego kontraktu?

Odp.: Kara umowa będzie naliczana od całkowitej wartości Urządzenia, którego sprzedaż i dostawa jest przedmiotem umowy, a która zostanie wskazana w § 4 ust. 1 umowy.

Z poważaniem

Z-ca Dyrektora ds. ekonomiczno-eksploatacyjnych

inż. Małgorzata Kołodziej - Sarna