

Poznań, dnia 24.08.2012  
EZ/350/84/2012/1078

**Wg rozdzielnika:  
do wszystkich zainteresowanych i uczestników postępowania o zamówienie  
publiczne.**

**dotyczy: przetargu nieograniczonego nr EZ/350/84/2012 Zakup i dostawa sprzętu  
medycznego sterylnego jednorazowego użytku dla Wielkopolskiego Centrum  
Onkologii**

Wielkopolskie Centrum Onkologii uprzejmie informuje, iż koryguje treść modyfikacji z dnia 07.08.2012 nr EZ/350/84/2012/1041 w zakresie opisu Pakietu nr 27, który otrzymuje brzmienie:

Pakiet nr 27

Zestaw do cewnikowania żył centralnych metodą Seldingera

Rozmiar 7Fr/20cm- 3 000 sztuk

Skład:

Igła punkcyjna 18G/6,35cm, przewodnik typu „J” umieszczony w osłonce, 3 światłowy cewnik 7Fr/20cm wykonany z poliuretanu i pokryty na zewnątrz powłoką antybakteryjną -chlorheksydyna, sulfadiazyna srebra- zakończony miękką końcówką, widoczny w promieniach RTG z centymetrowy znacznikiem głębokości, strzykawka z otworem w tłoku 5ml, rozszerzało, skrzydełka mocujące, igła do kontroli ciśnienia. Zestaw jednorazowy, sterylny, pako0wany pojedynczo. Na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. Instrukcja stosowania w języku polskim. Okres ważności 12 miesięcy od daty dostawy. Zamawiający wymaga dołączenia do oferty 1 szt. próbki.

**UWAGA:**

Powyższe stanowi modyfikacje zapisów SIWZ

Ocena oferty przez Zamawiającego zostanie dokonana w oparciu o wymagania zawarte w specyfikacji z uwzględnieniem niniejszej korekty.

Z poważaniem,  
z-ca dyrektora ds. ekonomiczno- eksploatacyjnych

inż. Małgorzata Kołodziej- Sarna

---

*9Pismo przygotował: Sylwia Krzywiak, Dział zamówień publicznych i zaopatrzenia, tel. 061 8850 644*