

Poznań, dnia 27.08.2012
EZ/350/97/2012/1088

**Wg rozdzielnika:
do wszystkich zainteresowanych i uczestników postępowania o zamówienie
publiczne.**

dotyczy: przetargu nieograniczonego nr EZ/350/97/2012. Zakup i dostawa aparatu do
znieczulania i monitora ciągłości nerwu twarzowego

Wielkopolskie Centrum Onkologii uprzejmie informuje, iż wpłynęły zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, na które udzielamy odpowiedzi.

PYTANIE

Pakiet 1 aparat do znieczulenia – 1 szt.

Pkt.10. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat do znieczulania z precyzyjnymi podwójnymi przepływomierzami rotametrycznymi dla podtlenku azotu, powietrza i tlenu?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza, jednakże nie wymaga.

PYTANIE

Pakiet 1 aparat do znieczulenia – 1 szt.

Pkt.26. Czy Zamawiający zaakceptuje respirator anestetyczny z trybami wentylacji: ręczny, spontaniczny, kontrolowany objętością VCV, kontrolowany ciśnieniem PCV oraz trybami wentylacji wspomaganej PSV, SIMV i SMMV?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza, jednakże nie wymaga.

PYTANIE

Pakiet 1 aparat do znieczulenia – 1 szt.

Pkt.48. Czy Zamawiający dopuści prezentację PEEP na czytelnym automatycznie skalowanym wykresie?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza, jednakże nie wymaga.

PYTANIE

Pakiet 1 aparat do znieczulenia – 1 szt.

Pkt.8/55/56/57/58. Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu kompatybilności z posiadanymi przez szpital monitorami Infinity Delta? Zapisy punktów 8/55/56/57/58 jednoznacznie wskazują na konkretnego Wykonawcę co w znaczący sposób ogranicza ilość wykonawców mogących złożyć ofertę oraz sprzeciwia się naczelnej zasadzie zamówień publicznych – równego traktowania wszystkich wykonawców.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie zrezygnuje z wymogu kompatybilności z posiadanymi przez szpital monitorami. Posiadanie kompatybilnego aparatu umożliwi szpitalowi oszczędności- tańszy zakup aparatu oraz umożliwi użycie w czasie awarii posiadanych monitorów

W związku z udzielonymi odpowiedziami zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert.

Składanie ofert do dnia 31.08.2012 do godz.09.00

Otwarcie ofert w dniu 31.08.2012 o godz. 10.00

UWAGA:

Powyższe stanowi modyfikację zapisów SIWZ

Ocena oferty przez Zamawiającego zostanie dokonana w oparciu o wymagania zawarte w specyfikacji z uwzględnieniem niniejszej korekty.

Z poważaniem,
z-ca dyrektora ds. ekonomiczno- eksploatacyjnych

inż. Małgorzata Kołodziej- Sarna