

**Załącznik nr 7 do specyfikacji**  
**po modyfikacji w dniu 31.10.2012r**

**SPECYFIKACJA ILOŚCIOWO- JAKOŚCIOWA**

**Ilości określone na okres podpisania umowy 12 miesięcy.**

**Pakiet nr 1 Klipsownica**

1.	2.	3.	4.
LP.	NAZWA LEKU	j.m.	ilość szacunkowa na rok
1	Automatyczna, jednorazowa klipsownica do zabiegów otwartych, długość klipsownicy 30-34 cm, długość ramienia 19- 20 cm, długość klipsa zamkniętego 10,5 – 11mm. Ilość klipsów tytanowych dużych w klipsownicy 20 – 25 szt.	Op=1kpl.	24kpl.

CPV 33190000-8

Ocena techniczna:

- klipsownica wyposażona w mechanizm zapobiegający wypadaniu

klipsa z aplikatura

Tak – 1pkt.

Nie - 0pkt.

- przezroczysta część ramienia umożliwiająca kontrolę klipsów

pozostałych do aplikacji

Tak – 1pkt.

Nie - 0pkt.

- szerokie rozwarście szczęk klipsownicy ułatwiające umieszczenie

klipsa na naczyniu

Tak – 1pkt.

Nie - 0pkt.

## **Pakiet 2**

Nici syntetyczne, monofilamentowe, niewchłaniające wykonane z polipropylenu

<i>Lp.</i>	<i>Kształt igły</i>	<i>Wielkość igły</i>	<i>Rodzaj igły nazwa handl.</i>	<i>Dł. nitki</i>	<i>Grubość nitki</i>	<i>Ilość saszetek</i>
1.	Prosta	60 mm	Odwrotnie tnąca , 2 guziki mocujące	75cm	2-0	600

Zestawienie parametrów podlegających ocenie w ramach kryterium walory użytkowe

1 – Stabilność igły w imadle ( weryfikacja na podstawie próbek )

Tak – 10 pkt.

Nie - 0 pkt.

2 – Wytrzymałość igły ( weryfikacja na podstawie próbek )

Tak – 10 pkt.

Nie - 0 pkt.

3 – Wytrzymałość nitki na zrywanie ( weryfikacja na podstawie próbek )

Tak – 10 pkt.

Nie - 0 pkt.

## **Pakiet 3**

Nici wchłaniające, syntetyczne, plecione bez igły, wykonane z kwasu poliglikolowego lub z polimeru kwasu glikolowego i mlekowego, jednobarwne, powlekane stearynianem wapnia i polikaprolaktonem lub kwasem poliglikolowym, wchłaniające się w ciągu 56-90 dni, zachowujące minimum 60 % siły podtrzymywania tkankowego po 14 dniach

<b>Lp.</b>	<b>Długość nitki</b>	<b>Grubość nitki</b>	<b>Ilość saszetek</b>
1.	150cm	1 – 0	300
2.	6 x 45 cm	3 - 0	2880
3.	12x 45 cm	2 - 0	1020
4.	Podwiązka endoskopowa z aplikatorem 50-70cm	1 – 0	72

## Zestawienie parametrów podlegających ocenie w ramach kryterium walory użytkowe

### 1 – Wytrzymałość nitki na zrywanie ( weryfikacja na podstawie próbek )

Tak - 10 pkt.

Nie - 0 pkt.

### 2 – Trzymanie węzła (na drugim węźle, weryfikacja na podstawie próbek )

Tak - 10 pkt.

Nie - 0 pkt.

### 3 – Łatwe wyjmowanie pojedynczej nitki z saszetki ( weryfikacja na podstawie próbek )

Tak - 10 pkt.

Nie - 0 pkt.

## Pakiet 4

Nici wchłaniające, syntetyczne, plecione, dwuskładnikowe – polimer kwasu glikolowego i mlekowego, jednobarwne i niebarwione, wchłaniające się w ciągu 56 – 70 dni, zachowujące około 75% podtrzymania tkankowego po 14 dniach, ( nasączone substancją antybakteryjną )

Lp.	Kształt igły	Wielkość igły	Rodzaj igły nazwa handl.	Dł. nitki	Grubość nitki	Ilość saszetek
1	Igła ½ koła	36 mm	Okragła Rozwarstwiająca jednobarwna	70 cm	2-0	15 000
2	Igła ½ koła	26 mm	Okragła jednobarwna	70 cm	3-0	1000
3	Igła <sup>3</sup> / <sub>8</sub> koła	65 mm	Okragła, tępa Wątrobowa jednobarwna	100 cm	1	360
4	Igła ½ koła	13 mm	Okragła niebarwiona	70 cm	5-0	720
5	Igła ½ koła	45 mm	Okragła wzmocniona jednobarwna	70 cm	1	4000

## Zestawienie parametrów podlegających ocenie w ramach kryterium walory użytkowe

### 1 – Zachowanie % początkowej zdolności podtrzymywania tkanek po 14 dniach ( weryfikacja na podstawie oryginalnej ulotki zawartej w opakowaniu zbiorczym )

Okolo 75 – 80 % - 40 pkt.

50 – 74 % - 10 pkt.

30 – 49 % - 5 pkt.

**< 30 % - 0 pkt.**

**2 – Stabilność igły w imadle ( weryfikacja na podstawie próbek )**

**Tak – 10 pkt.**

**Nie - 0 pkt.**

**3 – Wytrzymałość igły ( weryfikacja na podstawie próbek )**

**Tak – 10 pkt.**

**Nie - 0 pkt.**

**4 – Wytrzymałość nitki na zrywanie ( weryfikacja na podstawie próbek )**

**Tak – 10 pkt,**

**Nie - 0 pkt.**

## **Dotyczy wszystkich pakietów na nici**

1 - Na życzenie użytkownika oryginalny katalog z oferowanymi produktami do wglądu.

2 – Możliwość identyfikacji na każdym etapie otwarcia produktu.

3 – Tolerancja igły +/- 1mm

4- W ofercie należy podać nazwę oraz kod produktu

5 – Nitka nie może być krótsza niż w opisie i nie dłuższa niż 5cm od podanej w siwz długości.

6 – zamawiający wymaga dostarczenia szwów od jednego producenta w ramach danego pakietu, celem zachowania jedności szwów przy każdym zabiegu. W związku z powyższym zamawiający nie będzie wydzielał pojedynczych pozycji.

7 – Opinie z ośrodków chirurgicznych o tym samym poziomie referencji co WCO.

8 – Banderola na opakowaniu (łatwe i szybkie otwieranie produktu).

9–Niespełnione choćby jednego warunku granicznego wymienionego powyżej, będzie skutkowało odrzuceniem oferty.