

Poznań, dn. 19.11.2012 r

EZ/ 350/133/2012/1419

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu o zamówienie publiczne.
nr EZ/ 350/133/2012na zakup i dostawę drobnego sprzętu do badań histopatologicznych.

Wielkopolskie Centrum Onkologii informuje, iż złożone zostały do ww przetargu pytania o poniższej treści, na które Zamawiający udzielił odpowiedzi.

Pytania

Dotyczy pakietu 2:

Zamawiający koryguje niniejszym punktację poszczególnych pozycji pakietu 2 – zgodnie z nowym porządkiem kolejne pozycje tego pakietu zaczynają się od cyfry 2.

1. **Poz. 2.1:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie pojemników o pojemności 50 ml (wys. 70 mm, Ø33 mm)?

Odp. Tak. Zamawiający dopuszcza.

2. **Poz. 2.3:** Czy Zamawiający dopuści pojemniki ze szczelną, łatwo otwieralną przykrywką (wiaderka) z tworzywa PP o pojemności 520 ml (wys. 114 mm, Ø74 mm)?

Odp. Tak. Zamawiający dopuszcza.

3. **Poz. 2.4:** Czy Zamawiający dopuści pojemniki ze szczelną, łatwo otwieralną przykrywką (wiaderka) z tworzywa PP o pojemności 1200 ml (wys. 131 mm, Ø105 mm)?

Odp. Tak. Zamawiający dopuszcza.

4. **Poz. 2.5:** Czy Zamawiający dopuści pojemniki ze szczelną, łatwo otwieralną przykrywką (wiaderka) z tworzywa PP o pojemności 3,4 l (wys. 154 mm, Ø 168 mm)?

Odp. Tak. Zamawiający dopuszcza.

5. **Poz. 2.6:** Czy Zamawiający dopuści wiaderka ze szczelną, łatwo otwieralną przykrywką z tworzywa PP o pojemności 5,6 l (wys. 194 mm, Ø 191 mm)?

Odp. Tak. Zamawiający dopuszcza.

6. **Poz. 2.7:** Czy Zamawiający dopuści wiaderka ze szczelną, łatwo otwieralną przykrywką z tworzywa PP o pojemności 10,6 l (wys. 254 mm, Ø 228 mm)?

Odp. Tak. Zamawiający dopuszcza.

7. **Poz. 2.8:** Czy Zamawiający dopuści pojemniki prostokątne z tworzywa PP prostokątne, ze szczelną pokrywą o wymiarach 256x168x100 mm?

Odp. Tak. Zamawiający dopuszcza.

8. **Poz. 2.9:** Czy Zamawiający dopuści pojemniki prostokątne z tworzywa PP prostokątne, ze szczelną pokrywą o wymiarach 256x168x150 mm?

Odp. Tak. Zamawiający dopuszcza.

9. **Poz. 2.10:** Czy Zamawiający dopuści pojemniki prostokątne z tworzywa PP prostokątne, ze szczelną pokrywą o wymiarach 372x238x201 mm?

Odp. Tak. Zamawiający dopuszcza.

Z poważaniem

Z-ca Dyrektora ds. ekonomiczno-eksploatacyjnych

inż. Małgorzata Kołodziej - Sarna