

Poznań, dnia 09.01.2013  
EZ/350/3/2013/33

**Wg rozdzielnika:  
do wszystkich zainteresowanych i uczestników postępowania o zamówienie publiczne.**

**dotyczy: przetargu nieograniczonego nr EZ/350/3/2013 Zakup i dostawa mikrotomu i automatycznego licznika komórek**

Wielkopolskie Centrum Onkologii uprzejmie informuje, iż wpłynęły zapytania do Specyfikacji, na które udzielamy odpowiedzi:

**PYTANIE**

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie licznika, gdzie barwniki fluorescencyjne są zatopione w jednorazowej, hermetycznej kasecie, do której zaciągana jest próba, a co za tym idzie, obsługujący urządzenie nie ma żadnego kontaktu z barwnikiem, ponadto nie jest zobligowany do zakupu barwników?

**ODPOWIEDŹ**

Zamawiający nie dopuszcza powyższego- nie wszystkie komórki mogą być oceniane z barwnikiem - niektóre linie muszą mieć swoje barwniki

**PYTANIE**

Czy czas pomiaru może wynosić maksymalnie 50 sekund – po którym użytkownik otrzymuje pełną informację odnośnie: całkowitej liczby komórek, komórek martwych i żywych z wyliczeniem procentowym, podaniem % komórek zbitych w agregaty, z uściśleniem z ilu komórek poszczególne agregaty się składają, wraz z obliczeniem średnicy komórek?

**ODPOWIEDŹ**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe- czas nie powinien przekroczyć 15 sekund ze względu na dużą liczbę oznaczeń i żywotność komórek

**PYTANIE**

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie licznika o zakresie pomiaru: 5000 do 10.000.000 komórek/ml (zakres optymalny: 50.000 x 5.000.000 komórek/ml)?

ODPOWIEDŹ

Wymagany zakres od 3000 do 2 500 000/ml

PYTANIE

Czy Zamawiający dopuszcza licznik sterowany za pomocą laptop'a, umieszczonego na obudowie urządzenia?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza powyższego. Urządzenie ma być maksymalnie kompaktowe - konieczność przenoszenia

PYTANIE

Czy Zamawiający dopuszcza urządzenie bez baterii zasilającej?

ODPOWIEDŹ

Tak jeżeli jest możliwość przenoszenia i pomiaru w różnych laboratoriach

PYTANIE

Czy wymiary zewnętrzne licznika mogą wynosić: 38 x 26 x 22 cm (waga 3 kg)?

ODPWOIEDŹ

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiane jest urządzenie lekkie do 1,5kg. Urządzenie będzie obsługiwane przez kilka pracowni.

UWAGA:

Ocena oferty przez Zamawiającego zostanie dokonana w oparciu o wymagania zawarte w specyfikacji z uwzględnieniem niniejszej modyfikacji.

Z poważaniem,  
z-ca dyrektora ds. ekonomiczno- eksploatacyjnych

inż. Małgorzata Kołodziej- Sarna