

Poznań, dnia 2013-01-17
EZ/350/2/2013/.....69.....

**Wg rozdzielnika
do wszystkich zainteresowanych postępowaniem o zamówienie publiczne**

dotyczy: przetargu nieograniczonego - Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku sterylnego. [350/2/2013]

ROZSZERZENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wielkopolskie Centrum Onkologii uprzejmie informuje, iż w specyfikacji dodaje się pakiet:

Pakiet 26

1. Aparat do podaży chemioterapii.

3-drożny

Przezroczysty 3500 szt.

Bursztynowy 2500 szt.

5-drożny

Przezroczysty 500 szt.

Bursztynowy 500 szt.

Aparat do pompy Infusomat Space bez PCV i lateksu tworzący system zamknięty umożliwiający przepłukanie drenu, przez który podawany jest cytostatyk bez konieczności powtórnej nakłucia butelki. Aparat wyposażony w 2 (dla aparatu 3-drożnego) i 4 (dla aparatu 5-drożnego) zastawki, zamykające się automatycznie po rozłączeniu drenu, umożliwiające bezigłowe podłączenie drenów z cytostatykiem. Dodatkowo na linii 1 zastawka przeznaczona do dostrzykiwania leku. Zabezpieczenie przed wypływem płynu z drenu podczas jego wypełniania w postaci filtra hydrofobowego pojemności 0,8 µm. Dren zaopatrzony w zacisk. Kolec z odpowietrznikiem i zastawką bezzwrotną.

Komora w górnej części twarda wykonana z plastiku o wysokiej przezroczystości, dolna miękka zakończona płaskim filtrem 15 µm.

Zestaw sterylny, jednorazowego użytku, pakowanie pojedynczo. Na każdym opakowaniu nadruk numeru serii i daty ważności. Nazwa i opis stosowania w języku polski.

W celu potwierdzenia zgodności zapisów SIWZ, do oferty wymagana jest 1 szt. zestawu trójdrożnego.

2. Dren do dostrzykiwania leków.

Przeźroczysty 9000 szt.

Bursztynowy 3000 szt.

Dren do systemu bez PCV i lateksu. Zastawka umożliwiająca bezigłowe iniekcje leków, zamykająca się automatycznie po rozłączeniu strzykawki. Zabezpieczenie (z filtrem hydrofobowym 0,8 µm) przed wypływem płynu z drenu podczas jego wypełniania. Dren zaopatrzony w zacisk. Na końcu drenu ruchomy łącznik luer-lock pozwalający bezpiecznie, bez obracania drenu przyłączyć zestaw do podawania cytostatyków z efektem kliknięcia.

Aparat kompatybilny z aparatem do chemioterapii.

Dren sterylny, jednorazowego użytku, pakowanie pojedynczo. Na każdym opakowaniu nadruk numeru serii i daty ważności. Nazwa i opis stosowania w języku polski.
W celu potwierdzenia zgodności zapisów SIWZ, wymagana jest 1 szt. drenu.

W punkcie VIII. Wymagania dotyczące wadium

Dodaje się poz. 26

Wyznacza się dla tego pakietu wadium w kwocie 5 600,00 zł.

W punkcie VI.2. 2. „ W celu wykazania spełnienia należy przedłożyć” – wykaz wykonanych dostaw

Dla dodanego pakietu - dodaje się treść „ pakiet nr 26 – 170.000,00”

w pkt VI.2.3 - należy przedłożyć aktualną polisę ubezpieczenia

Dla dodanego pakietu - dodaje się treść „ pakiet nr 26 – 300.000,00”

Powyższe zmiany zostaną opublikowane w stosownym ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia.

Z poważaniem,
z-ca Dyr. ds. ekonomiczno-eksploatacyjnych

inż. Małgorzata Kołodziej-Sarna