

Poznań, dnia 2013-01-21  
EZ/350/2/2013/.....85.....

**Wg rozdzielnika  
do wszystkich zainteresowanych postępowaniem o zamówienie publiczne**

dotyczy: przetargu nieograniczonego - Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku sterylnego. [350/2/2013]

**Odpowiedzi na pytania.**

Wielkopolskie Centrum Onkologii uprzejmie informuje, iż wpłynęły pytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które udzielamy odpowiedzi:

1. Pytanie do pakietu nr 21 poz. 1.

Czy zamawiający dopuści zaoferowanie chwytaka do polipów o średnicy zewnętrznej osłonki 2,6 mm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza.

2. Czy Zamawiający, mając na uwadze ekonomiczne gospodarowanie powierzonymi środkami publicznymi oraz fakt, iż poszczególni producenci specjalizują się w różnego typu wyrobach, wydzieli z pakietu nr 14 poz. 1 i tworzy z niej osobny pod pakiet, oraz dopuści w zakresie w/w pozycji złożenie oferty z foliami chirurgicznymi o grubości 25 mikronów o wymiarach nieznacznie odbiegających od zamawianych tj. 40x60cm (powierzchnia lepna 40x53cm) i 60x80cm (powierzchnia lepna 53x80cm) szczegółowo scharakteryzowanymi w załączonych materiałach?

Zgoda Zamawiającego na pytania umożliwi naszej firmie przystąpienie do przetargu na zasadzie wolnej konkurencji oraz zaoferowanie najwyższej jakości wyrobów medycznych hiszpańskiej firmy IHT, natomiast Zamawiającemu wybór oferty spośród ich większej ilości, co będzie korzystne dla Zamawiającego ze względów ekonomicznych.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza folie o podanych powyżej parametrach i wydziela z pakietu nr 14 pozycję nr 1

Tworzy się nowy pakiet nr 27, który zawiera:

**1. Folia operacyjna**

45 x 55 powierzchnia lepna 45 x 49 cm - 2.000 szt.

56 x 82 powierzchnia lepna 56 x 76 cm - 100 szt.

Wykonana z cienkiej, przezroczystej, poliuretanowej folii o paroprzepuszczalnych właściwościach dla pary wodnej. Substancja klejąca hipoalergiczna, gwarantująca dobrą przylepność. Rozciągliwa, dobrze dopasowująca się do kształtów ciała. Sterylna, jednorazowego użytku, pakowana pojedynczo. Na każdym opakowaniu nadruk numeru serii i daty ważności. Nazwa i opis w języku polskim. Okres ważności min. 12 miesięcy od daty dostawy.

## ZMIANY SIWZ.

**W SIWZ w punkcie VIII. Wymagania dotyczące wadium: - dodaje się-**

Wyznacza się wadium dla pakietu 27 w wysokości 500,- (pięć set złotych 00/100)

-----  
**W SIWZ w punkcie VI.2. 2. „ W celu wykazania spełnienia ..... należy przedłożyć” – wykaz wykonanych dostaw**

Dla wydzielonego pakietu - dodaje się treść „ pakiet nr 27 – 15.600,00”

w pkt VI.2.3 - należy przedłożyć aktualną polisę ubezpieczenia

Dla wydzielonego pakietu - dodaje się treść „ pakiet nr 27 – 26.000,00”

Powyższe zmiany zostaną opublikowane w stosownym ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia.

Z poważaniem,  
z-ca Dyr. ds. ekonomiczno-eksploatacyjnych

inż. Małgorzata Kołodziej-Sarna