



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO
WIELKOPOLSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Poprawa wykrywalności, standardów, diagnostyki i radioterapii nowotworowej w Wielkopolsce – WND-RPWP.05.03.00-30-001/10.

Poznań, dnia 2013-02-07
EZ/350/11/2013/.....162.....

Wg rozdzielnika

Do wszystkich zainteresowanych i uczestników w postępowaniu o zamówienie publiczne

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego - zakup, dostawa i montaż wyposażenia: kolumny endoskopowe z zestawem endoskopowym i torem wizyjnym, kolumny anesteziologiczne, chirurgiczne i lampy operacyjne - 350/11/2013.

Wielkopolskie Centrum Onkologii uprzejmie informuje, iż wpłynęły pytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które udzielamy odpowiedzi.

Informujemy, iż na pytania merytoryczne i prawne - odpowiedzi są w trakcie przygotowywania – udzielimy na nie odpowiedzi w terminie niezwłocznym.

Poniżej odpowiadamy na pytanie dotyczące rozdzielenia pakietu.

Pytanie - dotyczy pakietu nr 5.

Czy w celu zwiększenia konkurencyjności i możliwości wyboru spośród większej liczby oferentów Zamawiający wrazi zgodę na rozdzielenie Pakietu nr 5 na dwa osobne pakiety w sposób następujący:

- Pakiet 5a - Lampa operacyjna bezcieniowa, dwuramienna w technologii diodowej LED - 1 szt.
- Pakiet 5b - Lampa zabiegowa, jednoramienna w technologii LED - 2 szt.?

ODPOWIEDŹ:

TAK, rozdziela się pakiet 5. Pakiet 5 obejmuje - Lampa operacyjna bezcieniowa, dwuramienna w technologii diodowej LED - 1 szt.

Tworzy się nowy pakiet nr 7.

Pakiet 7 obejmuje - Lampa zabiegowa, jednoramienna w technologii LED - 2 szt.?

Termin realizacji – nie ulega zmianie - dla pakietu 7 jak dla pakietu 5.

Kryterium oceny ofert - nie ulega zmianie - dla pakietu 7 jak dla pakietu 5.

Zmianie ulega wysokość wadium – winno być:

Wadium.

pakiet 5 – 1.400,00 zł. słownie: jeden tysiąc czterysta zł 00/100

pakiet 7 – 400,00 zł. słownie: czterysta zł 00/100

Zmianie ulega treść formularza ofertowego – dopisuje się pakiet nr 7 [dla zaferowania ceny netto i brutto i zaferowania terminu realizacji] - zmieniony formularz w załączeniu do niniejszego pisma.

Zmienia się treść punktu IV specyfikacji – winno być:

IV. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.

1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).
2. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki i wymagania określone w niniejszej Specyfikacji oraz w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.)
3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

Lp.	Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków
1	Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. W celu wykazania spełnienia w/w warunku należy złożyć: Oświadczenie o spełnieniu warunku Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
2	Wiedza i doświadczenie W celu wykazania spełnienia w/w warunku należy złożyć: wykaz wykonanych, dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi wykaz, że wykonał w okresie ostatnich 3/trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: co najmniej 1/jedno zamówienie odpowiadającego swoim rodzajem zaoferowanemu przedmiotowi zamówienia w danym pakiecie na kwotę minimum : Pakiet nr 1 - 200.000,00 PLN Pakiet nr 2 - 600.000,00 PLN Pakiet nr 3 - 160.000,00 PLN Pakiet nr 4 - 47.000,00 PLN Pakiet nr 5 - 47.000,00 PLN Pakiet nr 6 - 160.000,00 PLN Pakiet nr 7 - 12.000,00 PLN Wykonawca na potwierdzenie przedmiotowego warunku przedłoży wykaz wykonanych bądź wykonywanych dostaw wraz z dokumentem potwierdzającym, że te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Oświadczenie o spełnieniu warunku Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/ nie spełnia.
3	Potencjał techniczny O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. W celu wykazania spełnienia ww. warunku należy złożyć: Oświadczenie o spełnieniu warunków. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
4	Osoby zdolne do wykonania zamówienia O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. W celu wykazania spełnienia ww. warunku należy złożyć:

	Oświadczenie o spełnieniu warunków . Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia
5	Sytuacja ekonomiczna i finansowa W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki i wymagania określone w art. 22 ust. 1 ww. ustawy. W celu wykazania spełnienia ww. warunku należy złożyć: <u>Oplaconą polisę</u> , a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę nie niższą niż : Pakiet nr 1- 330.000,00 PLN Pakiet nr 2- 1.000.000,00 PLN Pakiet nr 3- 270.000,00 PLN Pakiet nr 4- 78.000,00 PLN Pakiet nr 5- 78.000,00 PLN Pakiet nr 6 – 260.000,00 PLN Pakiet nr 7 - 20.000,00 PLN Oświadczenie o spełnieniu warunku Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Zmienia się treść punktu V specyfikacji – winno być w pkt 2:

1. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy
2. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), należy przedłożyć:

Lp.	Wymagany dokument
1	Oświadczenie o spełnieniu warunków Oświadczenie o spełnieniu warunków
2	Wykonawca na potwierdzenie przedmiotowego warunku przedłoży wykaz wykonanych bądź wykonywanych dostaw wraz z dokumentem potwierdzającym, że te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie - co najmniej 1 dostawę odpowiadającą swym rodzajem przedmiotowemu zamówieniu na kwotę minimum: Pakiet nr 1 - 200.000,00 PLN Pakiet nr 2 - 600.000,00 PLN Pakiet nr 3 - 160.000,00 PLN Pakiet nr 4 - 47.000,00 PLN Pakiet nr 5 - 47.000,00 PLN Pakiet nr 6 – 160.000,00 PLN Pakiet nr 7 - 12.000,00 PLN
4	Aktualną umowę ubezpieczenia - opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę nie niższą niż : Pakiet nr 1- 330.000,00 PLN Pakiet nr 2- 1.000.000,00 PLN Pakiet nr 3- 270.000,00 PLN Pakiet nr 4- 78.000,00 PLN Pakiet nr 5- 78.000,00 PLN Pakiet nr 6 – 260.000,00 PLN Pakiet nr 7 - 20.000,00 PLN

Zmiana terminów postępowania.

Ustala się:

Termin składania ofert 04-03-2013 r. do dnia do godz. 10.00

Termin otwarcia ofert w dniu 04-03-2013 r. o godz. 11.00.

Z poważaniem,

Z-ca Dyr. ds. ekonomiczno-eksploatacyjnych

inż. Małgorzata Kołodziej-Sarna

Załączniki:

- opis parametrów technicznych pakietu 5
- opis parametrów technicznych pakietu 7
- zmieniony formularz ofertowy

Pakiet nr 5

WYMAGANIA TECHNICZNE

Przedmiot: Lampa operacyjna bezcieniowa, dwuramienna w technologii diodowej LED - 1 szt.

Producent:

Nazwa:

Typ urządzenia – fabrycznie nowe (podać):

Rok produkcji: nie wcześniej niż 2013 r (podać)

Lp.	Wymagany parametr graniczny lampy operacyjnej	Parametr wymagany	Wartość oferowana Potwierdzić TAK oraz podać/opisać (podać stronę)
1	Zasada zawieszenia: konstrukcja lampy dwuramienna z zawieszeniem sufitowym, ramiona łamane, z regulacją wysokości i kątem obrotu wszystkich części ramion poziomych o 360°, ramiona zapewniające swobodę manewrowania kopułami w osiach X, Y, Z ograniczenie obrotu kopuł	Tak	
2	Zasada oświetlenia: dwie diodowe głowice oświetleniowe białe LED zapewniające bezcieniowe oświetlenie pola operacyjnego,	Tak	
3	Okrągła, płaska i opływowa konstrukcja opraw oświetleniowych przystosowana do pracy w sali z nawiewem laminarnym	Tak	
4	System centralnego doświetlenia pola operacyjnego ze środka opraw oświetleniowych	Tak	
5	Wysokie natężenie światła na polu operacyjnym. Łączne możliwe do wyemitowania natężenie światła (przy jasności 100%) wszystkich oferowanych, zawieszonych na wspólnej osi, czas \geq 290 000 lx	Tak	
6	Średnica pola oświetlonego dla kopuły głównej regulowana w zakresie co najmniej 20÷30 cm	Tak	
7	Średnica pola oświetlonego dla kopuły satelitarnej regulowana w zakresie co najmniej 15÷25 cm	Tak	
8	Regulacja natężenia oświetlenia oddzielnie dla każdej czaszy w zakresie min. 5%-100%, z panelu sterowania umieszczonego na ramionach lampy	Tak	
9	Ustawienie parametrów świetlnych i pozycjonowanie opraw oświetleniowych za pomocą zdejmowanego sterylizowanego uchwyty umieszczonego w części bocznej opraw	Tak	

	oświetleniowych		
10	Każda matryca w danej czaszy (bez względu na sposób jej podziału) musi zawierać sumarycznie co najmniej 100 pracujących (nie koniecznie jednocześnie) diod LED. Jeżeli czasza zrealizowana jest jako matryca wielopolowa (np. 5 polowa) całkowita ilość diod w poszczególnej części matrycy (dla zapewnienia równomiernego oświetlenia) nie może się różnić o więcej niż 25% od pozostałych części matrycy	Tak	
11	Obsługa centralnego doświetlenia pola operacyjnego za pomocą zdejmowanego sterylizowanego uchwytu oraz panelu sterowania	Tak	
12	Po dwa zintegrowane uchwyty do pozycjonowania opraw umieszczone na części zewnętrznej (na obwodzie) każdej oprawy	Tak	
13	Regulacja wielkości pola operacyjnego oraz funkcji ogniskowania za pomocą uchwytu regulacyjnego oraz panelu z przyciskami umieszczonego na oprawie lub ramionach lampy operacyjnej	Tak	
14	Współczynnik odwzorowania barw $Ra \geq 95$	Tak	
15	Szczególny współczynnik odwzorowania barwy czerwonej $R9 \geq 90$	Tak	
16	Oprawy emitujące jednorodne światło białe	Tak	
17	Przedział roboczy bez konieczności ogniskowania dla kopuły głównej i satelitarnej min. 60-150 cm	Tak	
18	Przyrost temperatury w obszarze głowy chirurga nie większy niż 1 stopnia C	Tak	
19	Lampa z zasilaczem przystosowanym do automatycznego przełączania na zasilanie awaryjne	Tak	
20	Wysoka temperatura barwowa „stała, min. 3500 K lub regulowana (w przypadku regulowanej zakres regulacji musi zawierać się w przedziale minimum 3500 do 4700K	Tak	
21	Wysoka trwałość punktów świetlnych min 40 000 godzin	Tak	
22	Zapasy uchwyty wielorazowe zunifikowane, sterylizowane w autoklawie min. 8 szt.	Tak	
23	Lampy przystosowane do montażu w sali z sufitem podwieszanym i nawiewem laminarnym	Tak	
24	Gwarancja 24 m-ce	Tak	
25	W okresie trwania gwarancji min. 2 nieodpłatne przeglądy gwarancyjne wpisane do raportu	Tak	

	technicznego		
26	Szkolenie personelu medycznego- 4 osób w zakresie obsługi urządzenia potwierdzone certyfikatem	Tak	

.....dnia

czytelny podpis lub pieczęć imienna
i podpis umocowanej osoby do
dokonywania czynności w imieniu Wykonawcy

Pakiet nr 7

WYMAGANIA TECHNICZNE

Przedmiot : Lampa zabiegowa, jednoramienna w technologii LED - 2 szt.

Producent:

Nazwa:

Typ urządzenia – fabrycznie nowe (podać):

Rok produkcji: nie wcześniej niż 2013 r (podać)

Lp.	Wymagany parametr graniczny lampy operacyjnej	Parametr wymagany	Wartość oferowana Potwierdzić TAK oraz podać/opisać (podać stronę)
1	Zasada zawieszenia: konstrukcja lampy jednoramienna z zawieszeniem sufitowym, ramiona łamane, z regulacją wysokości i kątem obrotu wszystkich części ramion poziomych o 360°, ramiona zapewniające swobodę manewrowania kopułami w osiach X, Y, Z ograniczenie obrotu kopuł	Tak	
2	Zasada oświetlenia: diodowa głowica oświetleniowa białe LED zapewniająca oświetlenie pola operacyjnego z regulacją średnicy	Tak	
3	Okrągła, płaska i opływowa konstrukcja oprawy oświetleniowej przystosowana do pracy w sali operacyjnej z nawiewem laminarnym	Tak	
4	Kopuła o minimalnym natężeniu światła 60.000 lux	Tak	
5	Regulowana średnica pola oświetlonego w zakresie co najmniej 15÷25 cm	Tak	
6	Regulacja natężenia oświetlenia w zakresie min.	Tak	

	50%-100%, z panelu sterowania umieszczonego na ramieniu lampy		
7	Ustawienie parametrów świetlnych i pozycjonowanie opraw oświetleniowych za pomocą zdejmowanego sterylizowanego uchwyty umieszczonego w części bocznej opraw oświetleniowych	Tak	
8	Matryca diodowa złożona z maksymalnie 20 punktów LED	Tak	
9	Zintegrowany uchwyt do pozycjonowania oprawy umieszczony na części zewnętrznej (na obwodzie) oprawy	Tak	
10	Zasięg regulacji w pionie min. 120cm	Tak	
11	Regulacja wielkości pola operacyjnego za pomocą uchwyty regulacyjnego umieszczonego bocznie przy oprawie	Tak	
12	Współczynnik odwzorowania barw $Ra \geq 95$	Tak	
13	Oprawy emitujące jednorodne światło białe	Tak	
14	Przedział roboczy bez konieczności ogniskowania dla kopuły głównej i satelitarnej min. 70-140 cm	Tak	
15	Przyrost temperatury w obszarze głowy chirurga nie większy niż 0,5 stopnia C	Tak	
16	Stała temperatura min. 4500° K	Tak	
17	Wysoka trwałość punktów świetlnych min 40 000 godzin	Tak	
18	Lampy przystosowane do montażu w sali z sufitem podwieszanym i nawiewem laminarnym	Tak	
19	Gwarancja 24 m-ce	Tak	
20	W okresie trwania gwarancji min. 2 nieodpłatne przeglądy gwarancyjne wpisane do raportu technicznego	Tak	
21	Szkolenie personelu medycznego- 4 osób w zakresie obsługi urządzenia potwierdzone certyfikatem	Tak	

.....dnia

czytelny podpis lub pieczęć imienna
i podpis umocowanej osoby do
dokonywania czynności w imieniu Wykonawcy



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO
WIELKOPOLSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Poprawa wykrywalności, standardów, diagnostyki i radioterapii nowotworowej w Wielkopolsce – WND-RPWP.05.03.00-30-001/10.

Załącznik nr 1 do specyfikacji

.....
(Pieczęć firmowa)

FORMULARZ OFERTOWY

Dane oferenta:

Pełna nazwa Wykonawcy:

.....
adres: ul., miejscowość.....
kod pocztowy....., województwo,
tel fax.....
email-to:

NIP REGON,
imię i nazwisko osoby uprawnionej do kontaktów w sprawie prowadzonego
postępowania : _____ emailto: _____ tel _____

Przedmiot oferty:

Zakup, dostawa i montaż wyposażenia: kolumny endoskopowe z zestawem endoskopowym i torem wizyjnym, kolumny anestezjologiczne, chirurgiczne i lampy operacyjne

Szczegółowy wykaz cen i sposób wyliczenia łącznej ceny ofertowej stanowi załącznik do oferty.

Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z wypełnionym formularzem cenowym – (zał. nr 2) za kwotę:

..... netto PLN (słownie:/100)
..... brutto PLN (słownie:/100.)
powyższa kwota brutto zawiera podatek VAT w wysokości.....%.

w tym:

Pakiet 1

Cena przedmiotu zamówienia..... netto PLN (słownie:/100)
Cena przedmiotu zamówienia brutto PLN (słownie:/100.)
powyższa kwota brutto zawiera podatek VAT ...% w wysokości.....%.

Pakiet 2

Cena przedmiotu zamówienia..... netto PLN (słownie:/100)
Cena przedmiotu zamówienia brutto PLN (słownie:/100.)
powyższa kwota brutto zawiera podatek VAT ...% w wysokości.....%.

Pakiet 3

Cena przedmiotu zamówienia..... netto PLN (słownie:/100)
Cena przedmiotu zamówienia brutto PLN (słownie:/100.)
powyższa kwota brutto zawiera podatek VAT ...% w wysokości.....%.

Pakiet 4

Cena przedmiotu zamówienia..... netto PLN (słownie:/100)
Cena przedmiotu zamówienia brutto PLN (słownie:/100.)
powyższa kwota brutto zawiera podatek VAT ...% w wysokości.....%.

Pakiet 5

Cena przedmiotu zamówienia..... netto PLN (słownie:/100)
Cena przedmiotu zamówienia brutto PLN (słownie:/100.)
powyższa kwota brutto zawiera podatek VAT ...% w wysokości.....%.

Pakiet 6

Cena przedmiotu zamówienia..... netto PLN (słownie:/100)
Cena przedmiotu zamówienia brutto PLN (słownie:/100.)
powyższa kwota brutto zawiera podatek VAT ...% w wysokości.....%.

Pakiet 7

Cena przedmiotu zamówienia..... netto PLN (słownie:/100)
Cena przedmiotu zamówienia brutto PLN (słownie:/100.)
powyższa kwota brutto zawiera podatek VAT ...% w wysokości.....%.

1. Wymagane oświadczenia i dokumenty wymienione w SIWZ.

Dla wykazania wiarygodności ekonomicznej i technicznej naszej firmy oraz doświadczenia i praktyki w zakresie stanowiącym przedmiot niniejszego przetargu, przedkładamy oświadczenia i dokumenty wymagane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2. Potwierdzenie spełnienia wymogów dotyczących przedmiotu zamówienia.

Zapewniamy, że oferowane przez nas przedmiot zamówienia posiadają odpowiednią jakość i właściwości użytkowe dopuszczające do stosowania w placówkach ochrony zdrowia.

3. Warunki płatności.

Termin zapłaty w ciągu 30 dni licząc od dnia otrzymania faktury przez zamawiającego.

4. Termin gwarancji i rękojmi na aparaty wynosi m-cy. Minimalny okres gwarancji na zrealizowany przedmiot zamówienia wynosi 24 miesiące, liczony od momentu zrealizowania i dokonania jego protokolarnego odbioru (podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego). W okresie gwarancji wymaga się prowadzenie nieodpłatnego serwisu zamontowanych urządzeń.

Oświadczamy, iż pozostałe warunki gwarancji obejmują:

1. Okres gwarancji zostaje przedłużony o czas naprawy urządzeń – *przedmiotu zamówienia* w przypadku naprawy trwającej powyżej 5 dni, liczonych od momentu pisemnego (również faksem) zgłoszenia awarii (usterki) do momentu jej usunięcia,
2. Czas reakcji serwisu od zgłoszenia awarii: **max 48 godzin**. W przypadku niedotrzymania powyższego terminu Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,1 % wartości netto zamówienia,
3. Wykonawcy zobowiązuje się naprawić uszkodzone urządzenia – przedmiot zamówienia w terminie do 5 dni roboczych od momentu otrzymania zgłoszenia do naprawy, a

w przypadku konieczności sprowadzania części spoza granic Polski – do 10 dni roboczych. W przypadku niedotrzymania terminu naprawy Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,1% wartości netto zamówienia, którego dotyczy naprawa, za każdy dzień opóźnienia.

4. W przypadku 2-krotnej naprawy gwarancyjnej tego samego elementu lub podzespołu, Wykonawca obowiązany jest wymienić ten element (podzespół) na nowy.
5. Jeżeli w okresie gwarancji ujawnią się wady fizyczne urządzeń – przedmiotu zamówienia, uniemożliwiające jego poprawne użytkowanie, Wykonawca wymieni przedmiot zamówienia na nowy. W przypadku okoliczności określonych wyżej przedłużeniu ulega okres gwarancji o pełen okres niesprawności dostarczonego urządzenia. Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o liczbę dni wyłączenia sprzętu z eksploatacji.
6. Wymagane przeglądy gwarancyjne i naprawy gwarancyjne odbywają się na koszt Wykonawcy. Ostatni przegląd aparatów odbędzie się w ostatnim miesiącu gwarancyjnym.
7. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia na terenie kraju serwisu gwarancyjnego autoryzowanego przez producenta dla oferowanego przedmiotu zamówienia, tj. zapewnienia usług serwisowych i oryginalnych części dla dostarczonego przedmiotu zamówienia.
8. Zobowiązujemy się do **realizacji przedmiotu zamówienia** w terminie:

Pakiet nr 1

- a) Termin montażu podstaw stropowych –(nie dłużej niż 4 tygodni od dnia podpisania umowy)
- b) Termin dostawy, montażu i uruchomienia urządzeń kompletnych –
(nie później niż 31 sierpnia 2013r)

Pakiet nr 2

Termin dostawy, montażu i uruchomienia urządzeń kompletnych –
(nie później niż 31 sierpnia 2013r)

Pakiet nr 3

- a) Termin montażu podstaw stropowych –(nie dłużej niż 4 tygodni od dnia podpisania umowy)
- b) Termin dostawy, montażu i uruchomienia urządzeń kompletnych –
(nie później niż 31 sierpnia 2013r)

Pakiet nr 4

- a) Termin montażu podstaw stropowych – (nie dłużej niż 4 tygodni od dnia podpisania umowy)
- b) Termin dostawy, montażu i uruchomienia urządzeń kompletnych –
(nie później niż 31 sierpnia 2013r)

Pakiet nr 5

- a) Termin montażu podstaw stropowych – (nie dłużej niż 4 tygodni od dnia podpisania umowy)
- b) Termin dostawy, montażu i uruchomienia urządzeń kompletnych –
(nie później niż 31 sierpnia 2013r)

Pakiet nr 6

Termin dostawy, montażu i uruchomienia urządzeń kompletnych –
(nie później niż 31 sierpnia 2013r)

Pakiet nr 7

- a) Termin montażu podstaw stropowych – (nie dłużej niż 4 tygodni od dnia podpisania umowy)

b) Termin dostawy, montażu i uruchomienia urządzeń kompletnych –(nie później niż 31 sierpnia 2013r)

9. Jednocześnie oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej żadnych uwag.

10. Oferta składa się z n/w dokumentów:

.....
.....
.....
.....
.....
.....

W przypadku przyznania nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia pisemnej umowy, której treść zawiera SIWZ, w terminie i miejscu wyznaczonym przez zamawiającego.

_____dnia_____

Podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.