

Poznań, dn. 11.04.2013r

EZ/350/22/2012/471

Wg rozdzielnika

Dot. przetargu nieograniczonego nr 350/22/2012 na zakup i dostawę staplerów liniowych, stentów moczowodowych, zestawów do szynowania moczowodów oraz kompresów gazowych.

Wielkopolskie Centrum Onkologii uprzejmie informuje, iż odpowiada niniejszym na pytanie dot. ww przetargu:

Pytanie 1

Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 dopuści jednorazowy stapler tnąco-zamykający z główką w kształcie półksiężyca o długości linii cięcia 43mm załadowany ładunkiem przeznaczonym do tkanki standardowej i grubej, wyposażony w 50 tytanowych zszywek o wysokości otwartej zszywki 4,8mm, wysokości zamkniętej zszywki 2,0mm, posiadający jedną dźwignię z dwustopniowym mechanizmem zamknięcia szczęk staplera gwarantującym uzyskanie właściwej kompresji i zabezpieczającym przed przypadkowym oddaniem strzału (stapler umożliwia 8-krotne oddanie strzału podczas jednego zabiegu)?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza opisanego wyżej staplera, ponieważ wymagał w siwz dwóch dźwigni – zamykającą i spustową, w proponowanym rozwiązaniu zastosowano jedną dźwignię; linia zszywania wymagana w siwz to 45mm.

Ze względu na specyfikę wykonywanych zabiegów w WCO zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w siwz.

Z poważaniem

Z-ca Dyrektora ds. leczenia

dr n. med. J. Jerzy Mazurek