

Poznań, dn. 19.03.2013 r

EZ/ 350/33/2013/341

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu o zamówienie publiczne nr EZ/ 350/33/2013 na usługi serwisowe pogwarancyjne dla gamma kamery BrightView XCT wraz z dodatkowym wyposażeniem firmy Philips

Wielkopolskie Centrum Onkologii informuje, wpłynęły pytania do ww przetargu na które zamawiający udzielił poniższych odpowiedzi:

1. Dotyczy punktu III.6 SIWZ oraz p. 8 Tabeli Parametry oceniane

Czy przez sformułowanie „Tworzenie nowego oprogramowania aplikacyjnego zgodnego z wymaganiami użytkownika” Zamawiający rozumie tworzenie i modyfikację protokołów akwizycji?

Odpowiedź: Zapis „Tworzenie nowego oprogramowania aplikacyjnego zgodnego z wymaganiami użytkownika” obejmuje pomoc serwisową przy tworzeniu i modyfikacji protokołów akwizycji i rekonstrukcji danych akwizycyjnych oraz personalizację ustawień aplikacji po aktualizacjach systemowych. Powyższe zawarte jest w zmodyfikowanym załączniku nr 5 do siwz Opisie przedmiotu zamówienia, również załączniku do niniejszego pisma i obowiązuje przy składaniu ofert.

2. Dotyczy Zał. 2 do SIWZ – formularz cenowy oraz Wykaz przeglądów

W celu przygotowania rzetelnej oferty prosimy o wyspecyfikowanie materiałów eksploatacyjnych do drukarki Codonics Horizon SF oraz przedstawienie średniego rocznego zapotrzebowania na te materiały.

Odpowiedź: Materiały eksploatacyjne do drukarki Codonics Horizon SF obejmują wszystkie elementy składowe wnętrza drukarki w sytuacjach ich awarii związanych z eksploatacją urządzenia – przedmiot zamówienia nie obejmuje klisz, folii i papieru do w/w drukarki.

3. Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia

Prosimy o potwierdzenie, że przedmiot zamówienia obejmuje 1 stację oprogramowania EBW?

Odpowiedź: Przedmiot zamówienia obejmuje obsługę serwisową 1 (jednej) stacji oprogramowania danych EBW.

4. prosimy o korektę omyłki pisarskiej w formularzu ofertowym przez wykreślenie zapisu „zakupi dostawa opatrunków i siatek”.

Odpowiedź: Zamawiający wprowadza nowy zmodyfikowany wzór formularza ofertowego zawierający poprawiony zapis dot. aktualnego przetargu.

Z poważaniem

Z-ca Dyrektora ds. ekonomiczno-eksploatacyjnych

inż. Małgorzata Kołodziej-Sarna