

Poznań, dnia 18-03-2013
EZ/350/26/2013/___337___

Dotyczy: przetargu nieograniczonego **Zakup i dostawa rękawiczek diagnostycznych.**
[350/26/2013]

MODYFIKACJA SIWZ.

Wielkopolskie Centrum Onkologii uprzejmie informuje, iż dokonuje się zmiany zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

1. W załączniku nr 7 do specyfikacji - Opis przedmiotu zamówienia/wymagania techniczne dodaje się informację o wymogu dołączenia do oferty próbek oferowanego przedmiotu zamówienia.

Dotyczy pakietu 1, 2, 3, 4, 5, - wymaga się dołączenia po 1 opakowaniu - oferowanych rękawic diagnostycznych z każdego rodzaju - próbki w rozmiarze M.
Próbki należy składać do Działu zamówień publicznych i zaopatrzenia w terminie składania ofert.

2. W pakiecie 4 dodaje się informacje o ilości szt. w opakowaniu.

Jest: Pakiet 4.

Rękawica nitylowa, bezpudrowa, teksturowane końce palców, AQL 1,5, długość min. 300 mm, grubość na palcu min. 0,16 mm, wyrób medyczny, ochrona kat. I, badania na przenikanie związków chemicznych wg EN 374 . Data produkcji - minimum 2012 rok.

Powyższe parametry należy potwierdzić odpowiednimi badaniami wytwórcy i kartą techniczną wytwórcy

Ilość opakowań 600

Winno być:

Pakiet 4.

Rękawica nitylowa, bezpudrowa, teksturowane końce palców, AQL 1,5, długość min. 300 mm, grubość na palcu min. 0,16 mm, wyrób medyczny, ochrona kat. I, badania na przenikanie związków chemicznych wg EN 374 . Data produkcji - minimum 2012 rok.

Powyższe parametry należy potwierdzić odpowiednimi badaniami wytwórcy i kartą techniczną wytwórcy - opakowanie a/100 szt

Ilość opakowań 600

Z poważaniem,
Z-ca Dyr. ds. ekonomiczno-eksploatacyjnych

inż. Małgorzata Kołodziej-Sarna