

Poznań, dnia 12.04.2013
EZ/350/45/2013/488

**Wg rozdzielnika:
do wszystkich zainteresowanych i uczestników postępowania o zamówienie
publiczne.**

dotyczy: przetargu nieograniczonego nr EZ/350/45/2013 **Zakup i dostawa implantów
anatomicznych piersi.**

Wielkopolskie Centrum Onkologii uprzejmie informuje, iż wpłynęły zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które udzielamy odpowiedzi.

PYTANIE

Prosimy o dopuszczenie w Przedmiocie Zamówienia implantów anatomicznych o 1 rodzaju żelu, różnych wysokościach i projekcjach, jednym profilem anatomicznym, sześciu warstwach elastomeru i pojemności: 135-490.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający wymaga piersi opisanych w SIWZ ponieważ dysponuje 32 ekspanderami do rekonstrukcji piersi firmy Allegran. Zużycie w/w ekspanderów jest możliwe jedynie z kompatybilnymi protezami anatomicznymi Natrelle firmy Allergan

dla których został opracowany system odpowiedniego doboru ekspander – proteza.

Kompatybilność ekspanderów i protez zapewnia wymagany efekt kosmetyczny końcowej rekonstrukcji.

Jednolitość zastosowania ekspanderów i protez chroni przed ewentualnymi roszczeniami w przypadku niepowodzeń.

Z poważaniem,
z-ca dyrektora ds. leczenia

dr n. med. Józef Mazurek