

Poznań, dnia 2013-05-16  
EZ/350/55/2013/...613...

**Wg rozdzielnika  
do wszystkich uczestników i zainteresowanych postępowaniem o zamówienie publiczne**

dotyczy: przetargu nieograniczonego **Zakup i dostawa respiratorów dla dorosłych 2 szt. i aparatu USG 1 szt. [350/55/2013]**

Wielkopolskie Centrum Onkologii udziela odpowiedzi na zadane pytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparaty posiadający 12-sto miesięczną gwarancję?

Takie rozwiązanie pozwoli Zamawiającemu na obniżenie ceny kupowanego przez siebie aparatu o około 10% jego wartości lub zakupić w tej samej cenie aparat wyższej klasy.

**Odp. Tak zamawiający dopuszcza.**

Pytanie 2

Z uwagi na fakt, że Wytwórca zaleca wykonywanie przeglądów technicznych oferowanego aparatu co 12 miesięcy zwracamy się z prośbą wyrażenia zgody na zaoferowanie bezpłatnych przeglądów technicznych w okresie gwarancji w liczbie 1 przegląd co 12 miesięcy jej trwania.

**Odp. Tak zamawiający dopuszcza.**

Pytanie 3

Czy Zamawiający w myśl dobrze pojętego interesu Szpitala i pacjentów, w związku ze szczególnym przeznaczeniem aparatu USG będzie wymagał by oferowany sprzęt posiadał poniższe możliwości:

- a. zdefiniowane ustawienia do oceny serca – w tym np. oceny hemodynamicznej pacjenta na oferowanych głowicach sektorowej i konweksowej;
- a. zdefiniowane ustawienia do oceny płuc w ramach np. ostrej niewydolności oddechowej pacjenta na oferowanych głowicach sektorowej, liniowej i konweksowej;
- b. zdefiniowane ustawienia do kaniulacji naczyń na oferowanej głowicy liniowej;
- c. zdefiniowane ustawienia do oceny obecności płynu w ramach protokołu FAST na oferowanych głowicach konweksowej i sektorowej?

**Odp. Nie zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.**

Pytanie 4

Czy dla zwiększenia precyzji procedury kaniulacji naczyń pod kontrolą USG Zamawiający będzie wymagał, by oferowany aparat posiadał na głowicy i na ekranie linię środkową zapewniającą wizualizację toru prowadzenia igły w nawigacji poza płaszczyzną

obrazowania, oraz siatkę na obrazie 2D pozwalającą ocenić wielkość i odległość do struktury w zabiegach wymagających wprowadzenie igły?

**Odp. Nie zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.**

Pytanie 5

Czy Zamawiający w myśl dobrze pojętego interesu Szpitala i Pacjentów, w związku ze szczególnym przeznaczeniem aparatu USG będzie wymagał by panel sterujący na oferowanym sprzęcie był odporny na zalanie i zabrudzenia ustrojowe, nadający się do dezynfekcji substancjami w postaci płynnej?

**Odp. Nie zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.**

Uwaga! Zamawiający dokona oceny parametrów technicznych oferty w oparciu o wymagania zawarte w specyfikacji z uwzględnieniem niniejszych odpowiedzi na pytania.

Z poważaniem,  
Z-ca Dyr. ds. ekonomiczno-eksploatacyjnych

inż. Małgorzata Kołodziej-Sarna