

Poznań, dnia 2013-05-17
EZ/350/55/2013/.....617.....

**Wg rozdzielnika
do wszystkich uczestników i zainteresowanych postępowaniem o zamówienie publiczne**

dotyczy: przetargu nieograniczonego **Zakup i dostawa respiratorów dla dorosłych 2 szt. i aparatu USG 1 szt. [350/55/2013]**

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Wielkopolskie Centrum Onkologii udziela odpowiedzi na zadane pytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Pytania i odpowiedzi:

1. Czy Zamawiający, mając na uwadze ustawę o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. i wymagania w zakresie świadczenia usług serwisowych przez autoryzowanego przedstawiciela upoważnionego przez wytwórcę, będzie wymagał dołączenia do oferty oświadczenia producenta, potwierdzającego wyłączność na sprzedaż i świadczenie usług serwisowych oferowanego aparatu ultrasonograficznego wraz z przeszkoleniem personelu w niniejszym postępowaniu?

Odp. ZAMAWIAJĄCY NIE WYMAGA DOŁĄCZENIA DO OFERTY OŚWIADCZENIA PRODUCENTA, POTWIERDZAJĄCEGO WYŁĄCZNOŚĆ NA SPRZEDAŻ I ŚWIADCZENIE USŁUG SERWISOWYCH OFEROWANEGO URZĄDZENIA, JEDNAKŻE W OKRESIE GWARANCJI WYKONAWCA BĘDZIE ZOBOWIĄZANY DO ŚWIADCZENIA GWARANCYJNEJ USŁUGI SERWISOWEJ WG WARUNKÓW OKREŚLONYCH W SPECYFIKACJI.

2. Pyt. 1, pkt. 8

Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat renomowanego producenta z regulacją wysokości pulpitu do 180 mm? Taka różnica nie wpłynie na ergonomię pracy Operatora, a taka modyfikacja wymagań Zamawiającego pozwoli na przystąpienie do postępowania wielu innym oferentom.

Odp. TAK DOPUSZCZA.

3. Pyt. 2, pkt. 9

Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat renomowanego producenta z zewnętrznym, ale zintegrowanym z aparatem akumulatorem, zwłaszcza, że Zamawiający dysponuje w swojej placówce kompleksowym zasilaniem awaryjnym (generatorowym)? Takie rozwiązanie zaspokoi potrzeby Zamawiającego, a taka modyfikacja wymagań Zamawiającego pozwoli na przystąpienie do postępowania wielu innym oferentom.

Odp. TAK DOPUSZCZA.

4. Pyt. 3, pkt. 20

Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat renomowanego producenta z dotykowym panelem sterującym, wodoodpornym, łatwym do dezynfekcji, ale wyposażonym dodatkowo w kilka przelączników i potencjometrów? Takie rozwiązanie zaspokoi potrzeby Zamawiającego, a taka modyfikacja wymagań Zamawiającego pozwoli na przystąpienie do postępowania wielu innym oferentom.

Odp. TAK DOPUSZCZA.

5. Pyt. 4, pkt. 29

Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat renomowanego producenta z wielkością regulacji bramki Dopplerowskiej w zakresie 0.5- 20 mm? Takie rozwiązanie zaspokoi potrzeby Zamawiającego, a taka modyfikacja wymagań Zamawiającego pozwoli na przystąpienie do postępowania wielu innym oferentom.

Odp. TAK DOPUSZCZA

Uwaga! Zamawiający dokona oceny parametrów technicznych oferty w oparciu o wymagania zawarte w specyfikacji z uwzględnieniem niniejszych odpowiedzi na pytania.

Z poważaniem,
Z-ca Dyr. ds. ekonomiczno-eksploatacyjnych

inż. Małgorzata Kołodziej-Sarna