

Poznań, dnia 2013-05-22
EZ/350/55/2013/.....638.....

**Wg rozdzielnika
do wszystkich uczestników i zainteresowanych postępowaniem o zamówienie publiczne**

dotyczy: przetargu nieograniczonego **Zakup i dostawa respiratorów dla dorosłych 2 szt. i aparatu USG 1 szt. [350/55/2013]**

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Wielkopolskie Centrum Onkologii udziela odpowiedzi na zadane pytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Pytania i odpowiedzi:

Dotyczy: pakiet nr 2 – APARAT USG

1. Czy Zamawiający pod pojęciem zasilania z wbudowanego akumulatora rozumie, zintegrowany z aparatem akumulator dopuszczony do zastosowania w aparaturze medycznej posiadający stosowane certyfikaty dopuszczające do stosowania w lecznictwie?

Odp. TAK.

2. Czy Zamawiający pod pojęciem „panel dotykowy” rozumie pulpit operatora łatwy do dezynfekcji pozbawiony manipulatora kulowego (Trackball) który najczęściej ulega trudnym do usunięcia zanieczyszczeniom ustrojowym?

Odp. TAK.

3. Czy Zamawiający będzie wymagał, aby oferowany aparat posiadał oprogramowanie do badań kardiologicznych (specjalistyczne pomiary kardiologiczne, możliwość rozbudowy o głowicę przezprętykową echo)? Z treści specyfikacji wynika, że przedmiotem zamówienia jest aparat wyposażony w głowicę sektorową stosowaną w badaniach echokardiograficznych serca. Powyższy parametr pozwoli Zamawiającemu na zakup urządzenia wysokiej klasy oraz umożliwi rozbudowę o głowicę przezprętykowa w przyszłości bez dodatkowych kosztów.

Odp. TAK, ZAMAWIAJĄCY WYMAGA.

1. Dotyczy załącznika nr 7 pakiet 2 punkt 16

Czy zamawiający dopuści do procedury przetargowej wysokiej klasy aparat USG renomowanego producenta w wielu parametrach przewyższający wymagane i monitor o przekątnej 15 cali i rozdzielczości 1024x 768 ?

ODP.TAK, ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA.

2. Dotyczy załącznika nr 7 pakiet 2 punkt 8

Czy zamawiający dopuści do procedury przetargowej wysokiej klasy aparat USG renomowanego producenta z regulacją wysokości pulpitu w zakresie 190 mm. Różnica wynosząca jedynie 10 mm nie wpływa na wartość diagnostyczną oferowanego sprzętu. W trakcie użytkowania sprzętu dostęp do niego będą mieli pracownicy o różnym wzroście przez co nie jest możliwe dokładne określenie optymalnej dla poszczególnych użytkowników wysokości pulpitu.

ODP. TAK, ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA.

3. Dotyczy załącznika nr 7 pakiet 2 punkt 16

Czy zamawiający dopuści do procedury przetargowej wysokiej klasy aparat USG renomowanego producenta nie posiadający możliwości wzmocnienia wiązki w poziomie. Powyższy parametr wraz z pozostałymi wymaganiami SIWZ wskazuje na aparat USG model Spark oferowany tylko przez jednego producenta – Philips.

ODP. ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA. WZMOCNIENIE WIĄZKI W POZIOME JEST ISTOTNE DO POPRAWY JAKOSCI OBRAZU.

4. Dotyczy załącznika nr 7 pakiet 2 punkt 20

Czy zamawiający dopuści do procedury przetargowej wysokiej klasy aparat USG renomowanego producenta nie posiadający panelu operatora na sensorach dotykowych i pozbawiony przełączników? Oferowany przez nas aparat posiada ergonomiczną konsolę sterowania opartą o ogólnie przyjętą technologię stosowaną w aparatach USG tzn. poprzez układ przycisków i potencjometrów. W chwili obecnej tylko jeden producent – Philips, stosuje w modelu Spark wymagany przez zamawiającego panel operatora pozbawiony przycisków i potencjometrów a oparty na sensorach dotykowych co jest nie zgodne z art. 29 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo o zamówieniach Publicznych.

ODP. ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA. PANEL STERUJĄCY WINIEN BYĆ CZĘŚCIOWO DOTYKOWY I POZBAWIONY MANIPULATORA KULKOWEGO/TRACKBALL/.

5. Dotyczy załącznika nr 7 pakiet 2 punkt 29

Czy zamawiający dopuści do procedury przetargowej wysokiej klasy aparat USG renomowanego producenta umożliwiający zmianę zakresu wielkości bramki Dopplerowskiej od 0,5 mm-20 mm?

ODP. TAK, ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA.

6. Dotyczy załącznika nr 7 pakiet 2 punkt 45

Czy zamawiający dopuści do procedury przetargowej wysokiej klasy aparat USG renomowanego producenta posiadający głowicę elektroniczną Convex o kącie skanowania wynoszącym 68 stopni, pracującą w zakresie 1,5-5,5 MHz i zawierającą 128 elementów.

ODP. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga w pkt 45 „kąta penetracji $\geq 70^\circ$ ”. Częstotliwość pracy głowicy wpływa na jakość obrazu. Im szersza rozpiętość częstotliwości pracy głowicy tym większą grupę pacjentów można zbadać.

7. Dotyczy załącznika nr 7 pakiet 2 punkt 53

Czy zamawiający dopuści do procedury przetargowej wysokiej klasy aparat USG renomowanego producenta posiadający głowicę elektroniczną sektorową o szerszym zakresie częstotliwości pracy od wymaganego i zawierającą 64 elementów?

ODP. ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA. Zamawiający wymaga w pkt. 53 „Ilość elementów \geq 80.” Im większa ilość elementów głowicy tym wierniejsze odwzorowanie struktur.

Uwaga! Zamawiający dokona oceny parametrów technicznych oferty w oparciu o wymagania zawarte w specyfikacji z uwzględnieniem niniejszych odpowiedzi na pytania.

Z poważaniem,
Z-ca Dyr. ds. ekonomiczno-eksploatacyjnych

inż. Małgorzata Kołodziej-Sarna