

Poznań, dnia 2013-07-02
EZ/350/55/2013/...814.....

Wg rozdzielnika
do wszystkich uczestników i zainteresowanych postępowaniem o zamówienie publiczne

dotyczy: przetargu nieograniczonego **Zakup i dostawa respiratorów dla dorosłych 2 szt. i aparatu USG 1 szt. [350/55/2013]**

WYBÓR OFERTY W PAKIECIE 2 – aparat USG – wyboru w pakiecie 1 dokonano w dniu 06-06-2013 r.

Wielkopolskie Centrum Onkologii uprzejmie informuje, iż w postępowaniu na zakup w pakiecie 2 aparatu USG 1 szt. dokonano wyboru oferty firmy:

PROFIMEDICAL BESTRY, WICHARY Sp.j.

UL. Oswobodzenia 1

40-403 Katowice

Cena oferty netto 138.500,00 brutto 149.580,00

Termin gwarancji 12 m-cy

Termin realizacji do 6 tyg. od daty zawarcia umowy.

Wpłynęły 3 oferty, odrzucono 1 ofertę.

Ocena oferty w kryterium „cena 100%” = 100.

Nr oferty	Nazwa Oferenta/Wykonawcy	Cena oferty netto i brutto	Termin gwarancji	Termin dostawy	Termin płatności	Ocena ofert w kryterium cena 100%
1	PROFIMEDICAL BESTRY, WICHARY Sp.j. UL. Oswobodzenia 1 40-403 Katowice	Pakiet 2 netto 138.500,00 brutto 149.580,00	12 m-cy	do 6 tyg.	30 dni	100 OFERTA WYBRANA
3	GRUPA MEDYCZNA Sp z o.o. Ul. Kobaltowa 6 Złotniki 62-002 Suchy Las	Pakiet 2 netto 155.000,00 brutto 167.400,00	60 m-cy	do 6 tyg.	30 dni	89
4	OK. MEDICAL SYSTEMS Sp. z o.o. S.K.A. ul. Piątkowska 161 60-650 Poznań	Pakiet 2 netto 125.824,07 brutto 135.890,00	24 m-ce	do 6 tyg.	30 dni	*Oferta odrzucona – uzasadnienie pod tabelką

--	--	--	--	--	--	--

***uzasadnienie odrzucenia oferty** OK. MEDICAL SYSTEMS Sp z o.o. SKA.:

Uzasadnienie Faktyczne- oferta OK. MEDICAL SYSTEMS Sp z o.o. SKA przedstawiła w swojej **ofercie** w tabeli parametrów technicznych ZAKRES REGULACJI BRAMKI DOPPLEROWSKIEJ w pkt 29 zakres 0,5 mm - 20 mm - **specyfikacja** wymagała w tym punkcie zakres cyt: „w minimalnym zakresie 0,9 mm – 28 mm”.

Uzasadnienie Prawne- **Ustawa PZP Art. 89. 1.** Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3;

Dziękujemy za udział w postępowaniu o zamówienie publiczne.

Wybranego Wykonawcę prosimy o przygotowanie umowy wg wzoru zawartego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wyznacza się datę zawarcia umowy w dniu 15-07-2013 r.

Umowa dostępna w formie elektronicznej na wniosek wysłany na emailto: zaopatrzenie@wco.pl

Z poważaniem,
Z-ca Dyr. ds. ekonomiczno-eksploatacyjnych

inż. Małgorzata Kołodziej-Sarna

Prosimy o potwierdzenie odbioru niniejszej korespondencji stanowiącej wybór oferty w przetargu 55/2013

data _____ podpis i pieczęć _____

przygotowane przez Dział zamówień publicznych i zaopatrzenia - Katarzyna Witkowska tel 61/88 50 643; fax ...698