

Poznań, dnia 27.05.2013
EZ/350/63/2013/656

**Wg rozdzielnika:
do wszystkich zainteresowanych i uczestników postępowania o zamówienie
publiczne.**

dotyczy: przetargu nieograniczonego nr EZ/350/63/2013 Zakup i dostawa sprzętu
medycznego sterylnego jednorazowego użytku oraz niesterylnego wielorazowego
użytku

Wielkopolskie Centrum Onkologii uprzejmie informuje, iż wpłynęły zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, na które udzielamy odpowiedzi poniżej.

PYTANIE
Pakiet 2

1. Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na balony do ewakuacji preparatu o rozmiarach 85 x 185 mm (200ml.) zamiast 75 x 150 mm.
2. Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na balony do ewakuacji preparatu o rozmiarach 110 x 210 mm (400ml.) zamiast 125 x 200 mm.
3. Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na balony do ewakuacji preparatu o rozmiarach 160 x 200 mm (800ml.) zamiast 125 x 200 mm.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie powyższego sprzętu.

PYTANIE

Pakiet 1. Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne zbrojone z prowadnicą w środku, wykonane z delikatnego, miękkiego, termoplastycznego, przezroczystego PCV, silikonowane, posiadające anatomiczny kształt. Wzmocnione drutem kwasoodpornym na całej długości widocznym w promieniach RTG. Mankiet uszczelniający niskociśnieniowy, tradycyjny. Zakończenie rurki i krawędzi otworu Murphy`ego gładkie. Rurki zawierające znacznik głębokości i czytelne oznaczenie średnicy rurki również na baloniku kontrolnym. Łącznik zapewniający całkowitą zgodność z elementami układu oddechowego. Rozmiar od 2,5 do 10,0 co 0,5mm.

Sterylnie, jednorazowego użytku, pakowane pojedynczo. Nazwa i opis w języku polskim. Na każdym pojedynczym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. Okres ważności minimum 3 lata.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie powyższego sprzętu

Jednocześnie Zamawiający koryguje opis przedmiotu zamówienia poprzez dodanie dwóch pakietów nr 6 i 7.

Poniżej przesyłamy treść pakietu nr 6 i 7.

PAKIET NR 6

Fartuch chirurgiczny

L 2500szt

XL 2000szt.

Fartuch do przygotowywania cystostatyków o gramaturze 80-85g/cm². Wykonany w całości (za wyjątkiem mankietów) z 3 warstw: poliestru, środkowej mikroporowatej oddychającej folii i polipropylenu; fartuch oddychający na całej powierzchni, odporność na penetrację wodną ≥ 170 cm H₂O.

Fartuch winien spełniać wymagania HP dla obszaru krytycznego wg EN13795 oraz ASTM F739, które należy dołączyć do oferty. Dodatkowo w zestawie 1 ściereczka o wymiarach 37x69cm (±5cm) oraz 3 samoprzylepne etykiety. Fartuch sterylny, jednorazowego użytku, pakowany pojedynczo.

Na każdym opakowaniu nadruk serii i daty ważności.

Opis w języku polskim. Okres ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy.

Zamawiający wymaga dołączenia do oferty 2 szt. w rozm. L i XL

Pakiet 7

1. Filtr do paklitakselu 2000szt.

Filtr o pojemności 0,2µm i winien posiadać wbudowane 2 filtry wentylujące z PTFE 0,02µm. Membrana wykonana z polieterosulfonu. Filtr połączony z 2 drenami długości 20cm (±2cm), zaopatrzony w zacisk oraz w korek odpowietrzający z filtrem hydrofobowym. Sterylny, jednorazowego użytku, pakowany pojedynczo. Na każdym opakowaniu nadruk serii i daty ważności. Opis w języku polskim. Okres ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy.

UWAGA:

Ocena oferty przez Zamawiającego zostanie dokonana w oparciu o wymagania zawarte w specyfikacji z uwzględnieniem niniejszej modyfikacji.

W związku ze zmianą treści Specyfikacji zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert.

Składanie ofert do dnia 05.06.2013 do godziny 09.00

Otwarcie ofert w dniu 05.06.2013 o godz. 10.00.

Z poważaniem,
z-ca dyrektora ds. ekonomiczno- eksploatacyjnych

inż. Małgorzata Kołodziej- Sarna