

Poznań, dnia 2013-06-11  
EZ/350/61/2013/.....718.....

**Wg rozdzielnika:  
Do wszystkich uczestników i zainteresowanych postępowaniem o zamówienie publiczne.**

Dotyczy: przetargu nieograniczonego 61/2013 Zakup i dostawa nici i staplerów.

### INFORMACJA O PYTANIACH.

Wielkopolskie Centrum Onkologii uprzejmie informuje, iż Zamawiający otrzymał Pytania do specyfikacji, których treść zamieszczamy poniżej.

W związku z tym, iż Wykonawca BERYL MED. złożył odwołanie do Prezesa Zamówień Publicznych, o którym informowaliśmy Państwa w dniu 07.06.2013 r. postępowanie zostało zawieszona do czasu rozpatrzenia odwołania - po tym terminie Zamawiający udzieli odpowiedzi na pytania.

*Treść pytań:*

1. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1, Pozycji nr 2 nić o długości 90 cm, pozostałe parametry bez zmian?
2. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 2 szew syntetyczny, pleciony, powlekany poliglaktyną i stearynianem wapnia, wchłaniający z mieszaniny kwasu poliglikolowego i polimlekowego, okres podtrzymywania tkankowego 28-35 dni. Okres wchłaniania 56-70 dni. Zachowanie pierwotnej zdolności podtrzymywania tkankowego: po 14 dniach - około 75 %, po 21 dniach - około 40 %, po 28 dniach - około 25 %?
3. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 10 szew syntetyczny, pleciony, powlekany poliglaktyną i stearynianem wapnia, wchłaniający z mieszaniny kwasu poliglikolowego i polimlekowego, okres podtrzymywania tkankowego 28-35 dni. Okres wchłaniania 56-70 dni. Zachowanie pierwotnej zdolności podtrzymywania tkankowego: po 14 dniach - około 75 %, po 21 dniach - około 40 %, po 28 dniach - około 25 %?
4. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 11, Pozycji nr 1 igłę odwrotnie tnącą, pozostałe parametry bez zmian?

Z poważaniem,  
Z-ca Dyr. ds. ekonomiczno-eksploatacyjnych

inż. Małgorzata Kołodziej-Sarna