

Poznań, dnia 18.07.2013
EZ/350/64/2013/910

Wg rozdzielnika:
do wszystkich zainteresowanych i uczestników postępowania o zamówienie publiczne.
dotyczy: **przetargu nieograniczonego nr EZ/350/64/2013 Zakup i dostawa odczynników do biologii i diagnostyki molekularnej**

Wielkopolskie Centrum Onkologii uprzejmie informuje, iż wpłynęły zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które udzielamy odpowiedzi.

PYTANIE

Jesteśmy zainteresowani złożeniem oferty na dostawę produktu z pakietu nr 6, którego termin ważności określany jest półokresem rozpadu izotopu P-32 i wynosi 14 dni od daty produkcji.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w zakresie tego pakietu umożliwiając nam złożenie oferty przetargowej?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu ważności w zakresie pakietu nr 6 do 14 dni od daty produkcji.

PYTANIE

zestaw 5 przetargu

Czy Zamawiający dopuszcza by enzym użyty w zestawie do odwrotnej transkrypcji pracował z temperaturą wartością graniczną do 55⁰C?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza powyższe.

UWAGA:

Ocena oferty przez Zamawiającego zostanie dokonana w oparciu o wymagania zawarte w specyfikacji z uwzględnieniem niniejszej modyfikacji.

Z poważaniem,
z-ca dyrektora ds. ekonomiczno- eksploatacyjnych

inż. Małgorzata Kołodziej- Sarna