

Poznań, dnia 01.07.2013
EZ/350/71/2013/812

Wg rozdzielnika:

do wszystkich zainteresowanych i uczestników postępowania o zamówienie publiczne

dotyczy: przetargu nieograniczonego nr EZ/350/71/2013 Zakup i dostawa środków do zmywarek przemysłowych i myjko dezynfektorów

Wielkopolskie Centrum Onkologii uprzejmie informuje, iż wpłynęły zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które udzielamy odpowiedzi.

PYTANIE

Załącznik 7 poz. 4

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie preparatu neutralizującego, zmiękczającego i płuczącego równoważnego płynnego opartego na bazie kwasów organicznych, o pH 2, dozowanie koncentratu 1-3 g/l, przystosowanego do termicznego przygotowania do ponownego użycia kaczek, basenów itp., w płynie w opakowaniach 5kg.

Prosimy o podanie czy do wyliczeń przyjąć 5l=5kg, czy wyliczać z gęstości?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem, że oferowany preparat posiada udokumentowane właściwości odka mieniające. Do wyliczeń należy przyjąć 1kg=1l.

PYTANIE

Pytanie ogólne:

W razie wyrażenia zgody na inne wielkości opakowań prosimy o określenie ilości opakowań, które należy wycenić. Czy wycenić ułamkową ilość opakowań, czy zaokrąlać w górę, bądź zgodnie z zasadami matematyki (do 0,5 w dół, a powyżej 0,5 w górę).

ODPOWIEDŹ

Opakowania należy zaokrąlać zgodnie z zasadami matematyki.

UWAGA:

Ocena oferty przez Zamawiającego zostanie dokonana w oparciu o wymagania zawarte w specyfikacji z uwzględnieniem niniejszych odpowiedzi na pytania.

Z poważaniem,
z-ca dyrektora ds. ekonomiczno- eksploatacyjnych

inż. Małgorzata Kołodziej- Sarna