

Poznań, dnia 2008-07-11  
EZ/...4111...../2008

**Wg rozdzielnika:**  
**do uczestników postępowania o zamówienie publiczne wg poniższego wykazu.**

dotyczy: przetargu nieograniczonego 77/2008 system ssący do ewakuacji płynów.

Wielkopolskie Centrum Onkologii uprzejmie informuje, iż wpłynęły pytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia , na które udzielamy odpowiedzi.

**PYTANIA:**

1. Czy Zamawiający dopuści wkłady i kanistry (kompatybilne ze sobą), których konstrukcja wymaga odłączenia drenu celem wymiany wkładu?
2. Czy Zamawiający dopuści wkłady posiadające w pokrywie dwa króćce (króciec pacjenta i króciec próżni) o różnych średnicach, co zapobiega mylnemu podłączeniu drenu?
3. Czy Zamawiający dopuści kanistry bez przyłączy typu próżnia/ssanie?
4. Czy Zamawiający dopuści wkłady posiadające 2 uchwyty o konstrukcji pętli, co znacznie ułatwi demontaż?
5. Czy Zamawiający dopuści wkłady nie posiadające szerokiego portu do napełniania proszkiem (proszek żelujący jest zasysany poprzez port pacjenta, jest to znacznie bezpieczniejsze rozwiązanie gdyż uniemożliwia przypadkowe wydostanie się odsysanej cieczy podczas żelowania wkładu)?
6. Czy Zamawiający dopuści wieszak na szynę aluminiowy, nieautomatyczny?
7. Czy Zamawiający wymaga aby na każdym wkładzie była umieszczona data ważności co jest uwarunkowane datą przydatności i skuteczności filtrów antybakteryjnego i hydrofobowego we wkładach?

**Odpowiedzi:**

1. Nie, Zamawiający wymaga aby wymiana wkładu nie wymagała odłączenia drenu co powoduje dużą awaryjność, czego użytkownik chce uniknąć.
2. Nie, Zamawiający dopuszcza tylko jeden krociec na pokrywie celem uniknięcia błędów.
3. Nie, Zamawiający życzy sobie kanistry ze źródłem ssania.
4. Tak, Zamawiający dopuści wkłady posiadające 2 uchwyty do wygodnego demontażu.
5. Nie, Zamawiający dopuszcza wyłącznie szeroki port na pokrywie.
6. Nie, Zamawiający życzy sobie wieszak na szynę aluminiową automatyczną z mechanizmem sprężynowym pozwalającym na szybki montaż na szynach o różnej grubości i wysokości, kompatybilny ze zintegrowanym zaczepem kanistra.
7. Nie, Zamawiający nie wymaga aby na każdym wkładzie była umieszczona data ważności. Taka data winna być zamieszczona na opakowaniu zbiorczym.

Z poważaniem,  
Z-ca Dyr. ds. ekonomiczno-eksploatacyjnych

inż. Małgorzata Kołodziej-Sarna