

Poznań, dn. 04.07.2013r

EZ/350/77/2013/834

Wg rozdzielnika

**Dot. przetargu nieograniczonego nr 350/77/2013.**

**Zakup i dostawa wyposażenia medycznego: inhalator ultradźwiękowy, resuscytator dla dorosłych, defibrylator oraz zewnętrzna kamera o rozdzielczości HD dla mikroskopu VARIO.**

Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu informuje, iż wpłynęły pytania do ww przetargu, na które Zamawiający udzielił odpowiedzi:

**PAKIET NR 2 - Resuscytator dla dorosłych – 10 sztuk**

1. Czy Zamawiający dopuści do postępowania resuscytator dla dorosłych pozwalający wentylować pacjentów o masie od 30 kg?

Odp. Nie. Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ. Pacjentami zamawiającego są również dzieci od 6 roku życia.

2. Czy Zamawiający dopuści do postępowania resuscytator dla dorosłych o pojemności 1700 ml i maksymalnej objętości włączania 1000 ml?

Odp. TAK. Zamawiający dopuszcza.

3. Czy Zamawiający dopuści do postępowania resuscytator dla dorosłych z pojedynczą powłoką silikonową stanowiącą wystarczające zabezpieczenie przed wytworzeniem zbyt wysokiego ciśnienia?

Odp. Nie. Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ. Zamawiający potrzebuje zabezpieczenia przed wytworzeniem wysokiego ciśnienia w drogach oddechowych, bez skokowej utraty objętości oddechowej, dodatkowa powłoka to gwarantuje.

4. Czy Zamawiający dopuści do postępowania resuscytator dla dorosłych bez dodatkowego kompletu płatków zastawkowych?

Odp. Nie. Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ. Zapasowy komplet jest niezbędny podczas resuscytacji prowadzonej poza oddziałem.

Z poważaniem

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa  
dr n. med. J. Jerzy Mazurek