

PAKIET NR 1
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Inhalator ultradźwiękowy – 2 sztuki

Dostawa do 4 tygodni od daty podpisania umowy

Nazwa urządzenia:

TYP urządzenia:

Producent:

Rok produkcji: nie wcześniej niż 2013r:

Urządzenie fabrycznie nowe:

L.p.	Parametry wymagane	Warunek	Opisać	Ocena spełnienia warunku
1.	Inhalator rozpylający ciecz za pomocą drgań mechanicznych o dużej częstotliwości (drgania otrzymywane z przetwornika ultradźwiękowego), przeznaczony do nebulizacji, nebulizacji lekowej oraz z możliwością przyspieszenia aplikacji leku.	TAK		Warunek wymagany nie podlegający ocenie
2.	Wbudowany kompresor, przystosowany do pracy ciągłej -24 godziny na dobę. Przepływ w komorze wywoływany powietrzem.	TAK		Warunek wymagany nie podlegający ocenie

3.	Aerozol cząsteczek od 1 do 6 mikronów	TAK		Warunek wymagany nie podlegający ocenie
4.	Możliwość nastaw czasowych nebulizacji: 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60 min, nebulizacja ciągła. Dopuszcza się funkcję nastawy czasu pracy: 0, 15, 30, 45, 60 min.	TAK		Warunek wymagany nie podlegający ocenie
5.	Zasilanie AC 230 VAC 50 Hz , 8A,	TAK		Warunek wymagany nie podlegający ocenie
6.	System kontroli bezpieczeństwa pracy urządzenia gwarantujący samoczynne wyłączenie się aparatu w razie awarii	TAK		Warunek wymagany nie podlegający ocenie
7.	Maksymalne wymiary: 25cm x 25cm x 30cm (szer. x wys. x głęb.)	TAK Podać		Warunek wymagany nie podlegający ocenie
8.	Całkowita waga aparatu max 6 kg	TAK		Warunek wymagany nie podlegający ocenie
9.	Aparat z możliwością regulacji siły /wydajności nebulizacji przez użytkownika – minimum 4 zakresy	TAK		Warunek wymagany nie podlegający ocenie
10.	Inhalator z możliwością aplikacji zimnego lub ciepłego aerozolu dostosowany do bieżących potrzeb użytkownika	TAK		Warunek wymagany nie podlegający ocenie
11.	W wyposażeniu wymagany giętki wieszak umożliwiający profilowanie kształtu rury	TAK		Warunek wymagany nie podlegający ocenie

12.	Możliwość instalacji dodatkowego pojemnika z wodą umożliwiającego ciągłą nebulizację przez minimum 12h W standardowym zestawieniu aparat ma współpracować z pojemnikami z wodą o pojemności 140-150 ml kompatybilnymi ze stalową komorą nebulizatora umożliwiającymi ciągłą nebulizację przez minimum 1h.	TAK		Warunek wymagany nie podlegający ocenie
13.	Instrukcja obsługi w języku polskim (dostawa z aparatem)	TAK		Warunek wymagany nie podlegający ocenie
14.	Oryginalny prospekt z listą parametrów technicznych producenta	TAK Załączyć		Warunek wymagany nie podlegający ocenie

.....dn.....

.....

(Podpis wykonawcy lub osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy).