

Poznań, dnia 2008-07-11

EZ/...4125.../2008

**Wg rozdzielnika:
do uczestników postępowania o zamówienie publiczne.**

*Dotyczy: przetargu nieograniczonego 79/2008 TACE NARZEDZIOWE, WANNY I
KOSZE DO STERYLIZATORNI.*

Wielkopolskie Centrum Onkologii uprzejmie informuje, iż wpłynęło zapytanie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które udzielamy odpowiedzi:

TREŚĆ PYTANIA:

1. Czy zamawiający dopuści tace o wymiarach 485x253x56 lub 76 mm?
2. Czy zamawiający dopuści tace o wymiarach 243x253x56 lub 76 mm?
3. Czy zamawiający dopuści tace o wymiarach 406x253x56 lub 76 mm?
4. Czy zamawiający dopuści kosze o wymiarach 540x253x106 mm?
5. Czy zamawiający dopuści wanny o wymiarach 330x180x170 mm?

Odpowiedź:

1. Tak.
2. Tak.
3. Tak.
4. Nie.
5. Tak.

Zamawiający informuje, iż w specyfikacji dokonuje się zmian zapisów. Wprowadza się zapis, iż Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Poniżej podajemy aktualny układ pakietów w załączniku nr 6 do specyfikacji (uwaga! do tej pory nie było pakietów)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

pakiet nr 1

1. Tace narzędziowe – wykonane ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej, o wielkości oczek nie przekraczającej 5mm wymiary tac max. dł. 480-500szer. 250 wys. 70 mm podstawa tacy wzmocniona prętami stalowymi, końcówki siatki stalowej dokładnie zatopione w pręt wzmacniający ze stali, po bokach uchwyty
ilość 25 szt.
2. Tace narzędziowe o drobnych oczkach /oczko wielkości ok. 1 mm z pokrywą
Pokrywa pasująca do tacy dokładnie zamykająca i przylegająca. Tace wykonane ze stali kwasoodpornej
Wymiary:
480x250x60- 5 sztuk
240x 250x 60- 10 sztuk
405x250x70- 10 sztuk
3. Wanna dezynfekcyjna z polipropylenu materiału odpornego na uderzenia i środki chemiczne z możliwością mycia i dezynfekcji w myjniach mechanicznych /temp. Suszenia do 134C/ wanna o pojemności około 3l
wymiary: 300x225x125
dopuszczamy bez sit w środku
ilość 25 szt.

Pakiet nr 2

1. Kosze sterylizacyjne o poj. ½ wsadu STE. Kosze stalowe z możliwością chwytania po bokach
Wymiary: 575x280x130mm
ilość: 25 szt.

Z poważaniem,
Z-ca Dyr. ds. ekonomiczno-eksploatacyjnych

inż. Małgorzata Kołodziej-Sarna