

Poznań, dnia 2013-08-07
EZ/350/88/2013/.....976.....

Wg rozdzielnik:
Do wszystkich uczestników i zainteresowanych postępowaniem o zamówienie publiczne.

dotyczy: przetargu nieograniczonego **Zakup i dostawa opatrunków 88/2013.**

Odpowiedź na pytania.

Wielkopolskie Centrum Onkologii uprzejmie informuje, iż udziela odpowiedzi na pytanie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytanie:

Pakiet Nr 11 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunków w opakowaniach a 10 szt. oddzielnie zapakowanych opatrunków lub a 1 szt., z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań? Odpowiedź: Tak.

Pakiet Nr 11 poz. 3

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu sygnalizatora zmiany opatrunku? Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie odstępuje od tego wymogu – sygnalizator zmiany opatrunku pozwala poprawnie ocenić proces leczenia [gojenia] rany.

Pytanie dotyczące umowy

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający, w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT wynikającej z przepisów prawa, dopuszcza zmianę ceny brutto umowy, a więc zmianie ulegnie cena brutto umowy, a cena netto umowy pozostanie bez zmian. Powyższa zmiana ceny brutto umowy zostanie wprowadzona aneksem. Odpowiedź: Tak, mówi o tym umowa w paragrafie 5. Cyt. j/n

„§ 5 ust. 3. W trakcie obowiązywania niniejszej umowy strony dopuszczają możliwość zmiany wartości (ceny) Przedmiotów umowy wobec wartości ustalonej w ust. 1 niniejszego paragrafu wyłącznie w przypadku:

- a) zmiany stawki podatku VAT obejmującej Przedmioty umowy, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian,
- b) zmian cen urzędowych Przedmiotów umowy, wprowadzonych rozporządzeniem właściwego Ministra, ,
- c) zmian stawek opłat celnych wynikających z przepisów prawa, obejmujących Przedmioty umowy importowane”

Pytanie Pakiet 14, poz. 2

Czy w pozycji 2 Zamawiający dopuści siatkę polipropylenową płaską o wymiarach 30,5 cm x 30,5 cm? Odpowiedź: Tak, dopuszcza się o 0,5 cm większy rozmiar siatki pod warunkiem spełnienia pozostałych wymaganych parametrów.

Z poważaniem,
Z-ca Dyr. ds. ekonomiczno-eksploatacyjnych

inż. Małgorzata Kołodziej-Sarna