

Poznań, dnia 2013-08-29
EZ/350/95/2013/1047

Wg rozdzielnik:

Do wszystkich uczestników i zainteresowanych postępowaniem o zamówienie publiczne.

dotyczy: przetargu nieograniczonego nr 350/95/2013 na zakup i dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku

Wielkopolskie Centrum Onkologii uprzejmie informuje, iż na mocy art. 38 ust. 4 ustawy Pzp modyfikuje zapis w załączniku nr 7 pak. 3 siwz, tj.:

Dotychczasowy zapis

Pakiet 3

1.Przyrząd do przetoczeń płynów infuzyjnych.

360.000 szt.;

Aparat automatycznie zatrzymujący infuzję po opróżnieniu „jeziorka”, przeciwdziałając zapowietrzeniu układu. Zabezpieczenie przed wypływem płynu z drenu podczas wypełniania. Dwuczęściowa komora kroplowa - górna twarda wykonana z przezroczystego plastiku, natomiast dolna część miękka. Płaski filtr 15um położony na dnie komory kroplowej, dren 180 cm wykonany z elastycznego materiału, zacisk rolkowy z miejscem do umocowania końcówki drenu i zintegrowaną osłoną na kolec komory kroplowej po zużyciu aparatu, przezroczyste zakończenie luer lock. Zestaw wolny od DEHP i latexu. Przyrząd sterylny, jednorazowego użytku, pakowany pojedynczo. Nazwa i opis w języku polskim. Na każdym pojedynczym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. Okres ważności 12 m-cy od daty dostawy.

Zamawiający wymaga złożenia do oferty 5 szt. próbek.

Ulega zmianie i przyjmuje nową treść:

Pakiet 3

1.Przyrząd do przetoczeń płynów infuzyjnych.

360.000 szt.;

Aparat automatycznie zatrzymujący infuzję po opróżnieniu „jeziorka” przeciwdziałając zapowietrzeniu układu. Zabezpieczenie przed wypływem płynu z drenu podczas wypełniania. Dwuczęściowa komora kroplowa - górna twarda wykonana z przezroczystego plastiku, natomiast dolna część miękka. Płaski filtr 15um położony na dnie komory kroplowej, dren 180 cm wykonany z elastycznego materiału, zacisk

rolkowy z miejscem do umocowania końcówki drenu i zintegrowaną osłoną na kolec komory kroplowej po zużyciu aparatu, przezroczyste zakończenie luer lock. Odpowietrznik zaopatrzony w filtr powietrza o skuteczności filtracji bakterii (BFE) min 99,99.

Zestaw wolny od DEHP i latexu. Przyrząd sterylny, jednorazowego użytku, pakowany pojedynczo. Nazwa i opis w języku polskim. Na każdym pojedynczym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. Okres ważności minimum 1 rok od daty dostawy.

Zamawiający wymaga złożenia do oferty 5 szt. próbek.

Powyższa modyfikacja nie powoduje zmiany terminu składania i otwarcia ofert.

W zał. zmodyfikowany załącznik nr 7 uwzględniający powyższe.

Z poważaniem,
Z-ca Dyr. ds. Lecznictwa

dr n med. Józef Mazurek