

Poznań, dnia 2013-10-10

EZ/350/95/2013/1212

Wg rozdzielnik:

Do wszystkich uczestników i zainteresowanych postępowaniem o zamówienie publiczne.

dotyczy: przetargu nieograniczonego nr 350/95/2013 na zakup i dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku

Wielkopolskie Centrum Onkologii informuje, iż koryguje niniejszym odpowiedź na pytanie 27 i 28 udzielone pismem EZ/350/95/2013/1178 z dnia 02.10.2013r.

Poniżej skorygowana treść odpowiedzi na pytania:

Pytanie 27

Dot. pakietu 23 poz. 1

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 23 poz.1 jednorazowego układu oddechowego

Skład zestawu:

- dwa rozciągane dreny karbowane, w zakresie 42/2000 cm, o średnicy 22 m - złącze respiratora typu 22F – 22F
- jeden rozciągany dren karbowany, w zakresie 42/150 cm
- worek oddechowy 2-3 litrowy, bezłateksowy, ze złączem typu 22M/19F
- złącze od strony pacjenta typu 22/15F
- łącznik Y ze złączem kolankowym oraz z portem do kapnografii

Układ mikrobiologicznie czysty lub sterylny wykonany z polipropylenu, pakowany pojedynczo. Na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. Opis w języku polskim. Okres ważności 12 miesięcy od daty dostawy

~~**Odp.** Zamawiający dopuszcza 2 dreny o długości w zakresie 42/200cm, natomiast przy zabiegach laryngologicznych wymagany jest dren powyżej 150cm, dlatego nie dopuszcza drenu 42/150cm~~

Odp. W pak 23 poz.1 zamawiający dopuszcza 3 dreny dł. 42/200cm, natomiast przy zabiegach laryngologicznych wymagany jest dren dł. min. 180cm, dlatego Zamawiający nie dopuszcza drenu dł. 150cm.

Pytanie 28

Pakietu 23 poz. 2

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 23 poz.2 Dren rozciągalny w zakresie 70/150cm z PP, o średnicy 22mm, złącza sztywne 22F-22F.. Mikrobiologicznie czysty, jednorazowego użytku, pakowane pojedynczo. Na każdym opakowaniu nadruk numeru serii i daty ważności. Okres ważności minimum 1 rok od daty dostawy.

Odp. Nie. Zamawiający nie dopuszcza. Przy zabiegach laryngologicznych wymagany jest dren powyżej 150cm, dlatego Zamawiający nie dopuszcza drenu 70/150.

Odp. Nie. Zamawiający nie dopuszcza. Przy zabiegach laryngologicznych wymagany jest dren dł. min. 180cm, dlatego Zamawiający nie dopuszcza drenu dł. 150cm, dopuszcza natomiast dren mikrobiologicznie czysty w zakresie długości 40-60/180-200cm.

Powyższa korekta nie powoduje zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, w związku z tym termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Z poważaniem,

Z-ca Dyrektora ds. ekonomiczno-eksploatacyjnych

inż. Małgorzata Kołodziej-Sarna