

Poznań, dnia 2013-10-22

EZ/350/95/2013/1255

Wg rozdzielnik:

Do wszystkich uczestników i zainteresowanych postępowaniem o zamówienie publiczne.

dotyczy: przetargu nieograniczonego nr 350/95/2013 na zakup i dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku

Wielkopolskie Centrum Onkologii informuje, iż koryguje niniejszym odpowiedź na pytanie 69 udzielone pismem EZ/350/95/2013/1178 z dnia 02.10.2013r.

Poniżej skorygowana treść odpowiedzi na pytania:

Pytanie 69

Pakiet 2

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy znacznik głębokości intubacji ma być w postaci jednego grubego ringu wokół całego obwodu rurki?

Odp. Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Powyższa korekta nie powoduje zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, w związku z tym termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Z poważaniem,

Z-ca Dyrektora ds. ekonomiczno-eksploatacyjnych

inż. Małgorzata Kołodziej-Sarna