

Poznań, dnia 09-07-2008

EZ/...../2008

Wg rozdzielnika:
do uczestników postępowania o zamówienie publiczne wg poniższego wykazu.

dotyczy: przetargu nieograniczonego 81/2008 sprzęt medyczny jednorazowego użytku - sterylne.

Wielkopolskie Centrum Onkologii zawiadamia, że wpłynęło zapytanie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które udzielamy odpowiedzi:

PYTANIE:

Pytanie do Pakietu nr 5:

Zamawiający wymaga rurek wykonanych ze stali nierdzewnej z trzonem zabezpieczonym folią srebra, oraz pokrytych powłoką merocel.

Folię srebra oraz powłokę merocel stosuje się wyłącznie do zabezpieczenia rurek wykonanych z gumy.

Rurki stalowe oczywiście takich zabezpieczeń nie potrzebują i nie posiadają – **dlatego nie istnieją rurki stalowe pokryte dodatkową folią oraz powłoką merocel.**

W związku z powyższym prosimy o odstąpienie od wymogu folii srebra oraz powłoki merocel i dopuszczenie rurek ze stali nierdzewnej z podwójnym mankietem –mankiet przy mankiecie, które zapewniają optymalne zabezpieczenie tchawicy, na których Zamawiający z powodzeniem pracuje od ponad roku.

Odpowiedź

1/. Zamawiający odstępuje od wymogu zabezpieczenia rurki metalowej folią srebrną oraz powłoką merocel.

2/. Zamawiający dopuszcza również rurkę z mankietem typu "mankiet obok mankieta".

Z poważaniem,
Z-ca Dyr. ds. ekonomiczno-eksploatacyjnych

inż. Małgorzata Kołodziej-Sarna