

Poznań, dnia 14-07-2008
EZ/..4173...../2008

Wg rozdzielnika:
do uczestników postępowania o zamówienie publiczne wg poniższego wykazu.

dotyczy: przetargu nieograniczonego 81/2008 sprzęt medyczny jednorazowego użytku - sterylne.

Wielkopolskie Centrum Onkologii zawiadamia, że wpłynęło zapytanie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które udzielamy odpowiedzi:

PYTANIE:

1. Czy zamawiający wydzieli z pakietu I poz. 1 (zestaw do chirurgii otolaryngologicznej) i utworzy z niej oddzielny pakiet?
2. Czy zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu wykonanego z laminatu dwuwarstwowego (polietylen- warstwa spodnia i polipropylen- chłonna warstwa wierzchnia)? Skład zestawu: 1 serweta z wycięciem U o rozmiarze 228x260cm, rozmiar wycięcia U: 7x70cm, 1 serweta na stolik instrumentariuszki 200x150cm, 1 serweta na stolik Mayo 145x80cm, 1 serweta samoprzylepna 250x150cm, 2 taśmy samoprzylepne 10x55cm, serweta samoprzylepna 75x100cm, 4 serwety do rąk?

Odpowiedź :

1. Zamawiający nie zgadza się na wydzielenie z pakietu 1 poz. 1, gdyż jak wynika z odpowiedzi nr 2 (pakiet 1 poz. 1) nie dopuszczamy proponowanych parametrów .
2. Zamawiający wymaga serwety trójwarstwowej z laminatu (a nie dwuwarstwowej) o wymiarach 125 cm x 150 cm (rozm.228x260 cm jest za duży) z wycięciem w kształcie „U” o rozmiarze wycięcia 6,5 x 40cm (7x70cm jest za duży).

Z poważaniem,
Z-ca Dyr. ds. ekonomiczno-eksploatacyjnych

inż. Małgorzata Kołodziej-Sarna