

Poznań, dnia 11-07-2008
EZ/....4126...../2008

Wg rozdzielnika:
do uczestników postępowania o zamówienie publiczne wg poniższego wykazu.

dotyczy: przetargu nieograniczonego 81/2008 sprzęt medyczny jednorazowego użytku - sterylne.

Wielkopolskie Centrum Onkologii zawiadamia, że wpłynęło zapytanie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które udzielamy odpowiedzi:

PYTANIE:

Pakiet nr II, poz. 5 – Igły jednorazowego użytku w opakowaniach po 100 szt. typu MICROLANCE lub MICROPOINT

Prosimy Zamawiającego o wyłączenie w/w pozycji, oraz utworzenie odrębnego pakietu. Państwa zgoda umożliwi naszej firmie złożyć ważną i konkurencyjną ofertę, jednocześnie rozszerzy grupę wykonawców?

Odpowiedź : Tak, Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie poz. 5 z pakietu nr 2 i tworzy się dla tej pozycji odrębny pakiet II A. Formularz cenowy należy przygotować wg wzoru zawartego w zał. nr 2 do specyfikacji.

Poniżej w kolejnym pytaniu na podobny temat podajemy skład pakietów II, IIA, IIB – obowiązujący w SIWZ.

PYTANIE: Pytanie do umowy

Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu § 3 pkt.3 „Realizacja zamówienia odbywać się będzie sukcesywnie w wymaganym terminie.....dni roboczych od złożenia zamówienia telefonicznego lub faxem.” na „Realizacja zamówienia odbywać się będzie sukcesywnie w wymaganym terminie.....dni roboczych od złożenia zamówienia telefonicznego potwierdzonego faxem.”

Odpowiedź : Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu umowy.

PYTANIE:

1. Dotyczy Pakietu II, Pozycji 2 Załącznika nr 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie tej pozycji do osobnego pakietu? Ponieważ jest to produkt będący w legalnej sprzedaży ograniczony tylko do hurtowni farmaceutycznych, obecny stan rzeczy eliminuje możliwość złożenia przez podmiot nie posiadający koncesji na hurt farmaceutyczny

Odpowiedź : Tak, Zamawiający Wyraża zgodę na wyłączenie poz. 2 z pakietu nr II i tworzy się dla tej pozycji odrębny pakiet II B. Formularz cenowy należy przygotować wg wzoru zawartego w zał. nr 2 do specyfikacji

Poniżej podajemy skład pakietów II, IIA, IIB – obowiązujący w SIWZ:

Pakiet II

1. Ściereczki sterylne

10000 szt.

Do osuszania rąk po myciu chirurgicznym. Wykonane z wielowarstwowej bibuły celulozowej. Rozmiar 30 x 40 cm. Sterylne, jednorazowe, pakowane pojedynczo. Na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. Opis w języku polskim. Okres ważności minimum 2lata.

2. Worki sterylne do moczu 2 litrowe.

5000 szt.

Wykonane ze szczelnego tworzywa i szczelnym odpływem. Skalowane co 100 ml. Cyfrowy opis skali co 500 ml. Dren odpływowy zakończony łącznikiem schodkowym i zastawką bezzwrotną. Sterylne, jednorazowego użytku. Pakowane pojedynczo. Na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. Opis w języku polskim. Okres ważności minimum 2lata.

3. Przedłużacze do pomp infuzyjnych białe.

7000 szt.

Wykonane z przezroczystego PVC o długości 150 cm i około 1,25 mm średnicy wewnętrznej z łącznikiem Luer- Lock męskim i żeńskim. Odporne na ciśnienie z pompy ok. 4,5 bara. Sterylne, jednorazowego użytku, pakowane pojedynczo. Opakowanie typu blister. Na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. Opis w języku polskim. Okres ważności minimum 2lata.

4. Dren tkankowy 9-kanalowy.

300 szt.

Dren typu YEATES, kanalikowy powodujący efekt drenażu o wymiarach 250mmx25mm. Wykonany z półprzezroczystego, miękkiego PCV. Dren sterylne, jednorazowy, pakowany podwójnie. Opakowanie zewnętrzne folia-papier. Na każdym pojedynczym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. Opis w języku polskim. Okres ważności minimum 2lata.

Pakiet II A.

1. Igiły jednorazowego użytku w opakowaniach po 100 szt. typu MICROLANCE lub MICROPPOINT

0,5 (25G) x 25 mm 200 opak.

0,5 (25G) x 40 mm 200 opak.

0,7 (22G) x 30 mm 300 opak.

0,8 (21G) x 40mm 500 opak.

0,9 (20G) x 40mm 300 opak.

1,2 (18G) x 40mm 1000 opak.

Igiły cienkościenne z długim szlifem, smarowane olejem silikonowym. Elastyczne, niełamiące się. Wykonane z dobrej stali szlachetnej. Dobrze osadzone w końcówce. Końcówki (nasadki) igieł typu lock wykonane z polipropylenu, barwione zgodnie z kodem kolorów. Sterylne, jednorazowego użytku.

Na każdym pojedynczym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. Nazwa i opis igieł w języku polskim. Okres ważności minimum 2lata.

Pakiet II B.

1. Paski do glukometrów typu Accu-Chek Active.

400 opak.

Służące do ilościowego pomiaru stężeniu poziomu cukru we krwi. Pakowane po 50 szt. w opakowaniu zbiorczym. Sterylne, jednorazowego użytku, pakowane pojedynczo. Na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. Nazwa i opis w języku polskim. Okres ważności minimum 2lata.

PYTANIE

2. Dotyczy zapisu w specyfikacji pkt III. „Inne warunki związane z realizacją przedmiotu zamówienia” ppkt 2.

Czy Zamawiający żąda oprócz wystawionej faktury także protokołu odbioru?

Odpowiedź : *Zamawiający nie wymaga protokołu odbioru przy dostawie sprzętu medycznego jednorazowego użytku - sterylnego. Wraz z dostawą w Aptece odbierany jest: towar + faktura + 1 kopia faktury.*

PYTANIE

3. Dotyczy zapisu w specyfikacji pkt III. „Inne warunki związane z realizacją przedmiotu zamówienia” ppkt 3.

Prosimy o wyjaśnienie, co Zamawiający rozumie przez serwis eksploatacyjny dla sprzętu medycznego jednorazowego użytku w okresie trwania gwarancji jakości?

Odpowiedź : Zapis dot. serwisu eksploatacyjnego nie dotyczy dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku. Zatem wykreśla się zdanie : „Wykonawca zapewnia serwis eksploatacyjny w okresie trwania gwarancji jakości, w zakresie nie gorszym, niż ustalony przez wytwórcę wyrobów.”

PYTANIE

4. Dotyczy zapisu w specyfikacji pkt III. „Inne warunki związane z realizacją przedmiotu zamówienia” ppkt 4. oraz §3 pkt 15 wzoru umowy.

Czy zapis nie został umieszczony przez Zamawiającego omyłkowo? Jak Zamawiający rozumie usunięcie uszkodzenia (nieprzekraczalny czas do 7 dni roboczych) w przypadku sprzętu jednorazowego użytku tj. rękawic diagnostycznych?

Odpowiedź : Wg specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

jest:

„15.Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu:

a) Nieprzekraczalny czas usunięcia uszkodzenia – do 7 dni roboczych. „

winno być:

„15.Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu:

a) Nieprzekraczalny czas wykonania reklamacji – do 7 dni roboczych. „

PYTANIE

5. Dotyczy §3 pkt 3. wzoru umowy

Czy Zamawiający może zmienić zapis: „W przypadku gdy Wykonawca nie dostarczy w wymaganym terminie (..... od momentu złożenia zamówienia faksem lub telefonicznie) określonej partii przedmiotu zamówienia, zobowiązany jest pokryć Zamawiającemu różnicę w cenie zakupu u innego dostawcy”

Na następujący: „W przypadku gdy Wykonawca nie dostarczy w wymaganym terminie (..... dni od momentu złożenia zamówienia faksem lub telefonicznie) określonej partii przedmiotu zamówienia, Zamawiający po uprzednim telefonicznym zawiadomieniu Wykonawcy, może dokonać zakupu interwencyjnego u innego dostawcy, towaru o porównywalnych parametrach, natomiast Wykonawca zobowiązany jest pokryć Zamawiającemu różnicę w cenie zakupu”

Odpowiedź : Zamawiający nie dokonuje zmiany w zapisach umowy .

PYTANIE

6. Dotyczy §7 pkt 1. wzoru umowy

Czy zapis nie został umieszczony przez Zamawiającego omyłkowo? Czy Zamawiający żąda aby wraz z dostawą był dostarczony protokół odbioru, następnie na jego podstawie była wystawiona faktura, która ma być dostarczona w późniejszym terminie?

Odpowiedź : Zamawiający nie wymaga protokołu odbioru przy dostawie sprzętu medycznego jednorazowego użytku - sterylne. Wymagana jest dostawa towaru + faktura z 1/jedna kopia.

Ulega zmianie zapis paragrafu 7.

Było:

§ 7

1. Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę jest podpisany przez Zamawiającego protokół odbioru zamawianego sprzętu.
2. Płatności faktur realizowane będą w ciągu **30 dni** od daty złożenia faktury u Zamawiającego przelewem na konto Wykonawcy wskazane w fakturze.

Winno być:

§ 7

1. Płatności faktur realizowane będą w ciągu **30 dni** od daty złożenia faktury u Zamawiającego przelewem na konto Wykonawcy wskazane w fakturze.

Z poważaniem,

Z-ca Dyr. ds. ekonomiczno-eksploatacyjnych

inż. Małgorzata Kołodziej-Sarna