

Czwartek



25 SIERPNIA 2003 ROKU

NR 198 (7187)

## Zamówienia publiczne

# Szpital preferował jedną firmę

Rzeszowski szpital musi jeszcze raz przeprowadzić przetarg na materace przeciwoleżynowe. Poprzedni unieważniono, gdyż utrudniał uczciwą konkurencję ofert.

Jedna z firm startujących w tym przetargu zakwestionowała sposób opisania przedmiotu zamówienia. Jej zdaniem wskazane parametry techniczne materacy mogli spełnić tylko jeden producent, a wszystkim pozostałym odbierały one możliwość zaproponowania swych produktów. ArUduzy, Uduktuycy Uafila ta sprawa, przyznali rację protestującej firmie. Uznali bowiem, że wymagania techniczne utrudniają uczciwą konkurencję, przy czym nie znajdują uzasadnienia ani leczniczego, ani funkcjonalnego.

Szpital zażądał m. in. aby komory materaca miały kształt litery V. Arbitrzy nie znaleźli powodów, dla których akurat taki kształt miałby być lepszy od innych. Za udowodnione uznali zaś, że utrudnia to uczciwą konkurencję. — Fakt, że tego rodzaju materace wytwarza tylko jeden producent, powoduje, że nie ma mowy o konkurencyjnych ofertach — uzasadnił werdykt przewodniczący składu Zbigniew Obłoz. —wik

REVITA, Rataj Kruti  
Podamirowo 30, 76-031 Mści  
tel. 094 34 35 680, fax 094 34 61 0  
tel. 0502 388 450  
NIP 895-100-51-59, RECON 9304313



**URZĄD REJESTRACJI  
PRODUKTÓW LECZNICZYCH, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH**  
UL. ZĄBKOWSKA 41, 03-736 WARSZAWA, TEL. +48 22 492-11-00, FAX +48 22 492-11-09  
NIP 521-32-14-182 REGON 015249601

Warszawa, 2010 -07- 2 8

**Pan Marcin Hryciuk  
Prezes Zarządu  
CEMED.INFO spółka z o.o.  
ul. Zamiejska 46/4  
80-766 Gdańsk**

**Znak sprawy: WM/RWM/411/000504-505/09[IM]**  
(prosimy w korespondencji podawać numer zgłoszenia)

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 07.05.2010 roku (wpłynęło do Urzędu 11.06.2010 r.) Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych informuje, że klasyfikacja do klasy I reguły 12 zmiennociśnieniowych materacy przeciwoleżynowych z komorami niewymiennymi z pompą oraz z komorami wymiennymi z pompą zarejestrowanych odpowiednio pod numerem PL/DR 005678 oraz PL/DR 016057 jest prawidłowa, ponieważ wyroby te nie są przeznaczone do dostarczania energii. Jednakże wśród państw członkowskich zdania na temat klasyfikacji ww. wyrobów są podzielone. Wyniki przeprowadzonego wśród organów kompetentnych Enquiry wskazują, że w opinii 8 CA materace przeciwoleżynowe powinny być klasyfikowane jako aktywne wyroby medyczne do klasy IIa na podstawie reguły 9.

z up. Prezesa  
**WICEPREZES**  
ds. Wyrobów Medycznych  
*[Signature]*  
mgr Joanna Kikowska

**Załączniki:**  
Brak  
**Do wiadomości:**  
1. 1 egz. - adresat  
2. 1 egz. - a/a

Za zgodność z oryginałem  
dokumentu *[Signature]*

**REVITA, Rafał Krutul**  
Podamirowo 30, 76-031 Mścice  
tel. 094 34 35 680, fax 094 31 64 078  
tel. 0502 388 450  
NIP 895-100-51-59, REGON 930431353