

Poznań, dnia 2013-12-11 ..
EZ/350/114/2013/_____1482_____

**wg rozdzielnika:
do wszystkich uczestników i zainteresowanych postępowaniem o zamówienie publiczne**

dotyczy: ZAKUP I DOSTAWA URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH – przetarg nieograniczony [350/114/2013]

Wielkopolskie Centrum Onkologii uprzejmie informuje, iż **niniejszym skreśla się** – anuluje się poniższe zapisy i udzielone odpowiedzi.

Właściwe odpowiedzi na pytania zostaną opublikowane w kolejnej korespondencji w terminie niezwłocznym.

Poniżej przedstawiamy punkty Oferenta, które nie przedstawiają konkretnie sprecyzowanego pytania. ~~W odpowiedziach Zamawiający dopuszcza – rozszerza – parametry techniczne poszczególnych elementów.~~

1. Dz. I pkt 3

Zamawiający stawia następujące wymaganie:

„Monitor wysokiej rozdzielczości min 1200x1000 pixeli, kolorowy, cyfrowy typu LED lub LCD o przekątnej ekranu min 19”.”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza: „Monitor wysokiej rozdzielczości min 1200x1000 pixeli, kolorowy, cyfrowy typu LED lub LCD o przekątnej ekranu min 19” +/- 1 cal.”

2. Dz. I pkt 8

Zamawiający stawia następujące wymaganie:

„Cyfrowy system formowania wiązki ultradźwiękowej o minimum 400.000 kanałów przetwarzania.”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza: „Cyfrowy system formowania wiązki ultradźwiękowej o minimum 340.000 kanałów przetwarzania.”

3. Dz. I pkt 9

Zamawiający stawia następujące wymaganie: „Dynamika systemu, min. 260 dB”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza: „Dynamika systemu, min. 240 dB”

4. Dz. I pkt 10

Zamawiający stawia następujące wymaganie: „Zakres częstotliwości pracy głowic, min. 1,5-16 MHz.”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza: „Zakres częstotliwości pracy głowic, min. 1,5-13 MHz.”

5. Dz. I pkt 14

Zamawiający stawia następujące wymaganie: „Maksymalna długość filmu w pamięci CINE > 90 s”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza: „Maksymalna długość filmu w pamięci CINE > 50 s”

6. Dz. II pkt 6

Zamawiający stawia następujące wymaganie:

„Zoom dla obrazów „na żywo” i zatrzymanych. Całkowita wielkość powiększenia $\geq 20x$.”

Odowiedź: Zamawiający dopuszcza: „Zoom dla obrazów „na żywo” i zatrzymanych. Całkowita wielkość powiększenia $\geq 16x$.”

7. Dz. IV A pkt 3

Zamawiający stawia następujące wymaganie: „Kąt obrazowania w trybie B minimum 110° ”

Odowiedź: Zamawiający dopuszcza: „Kąt obrazowania w trybie B minimum 58° ”

8. Dz. IV B pkt 3

Zamawiający stawia następujące wymaganie: „Kąt obrazowania w trybie B minimum 175° ”

Odowiedź: Zamawiający dopuszcza: „Kąt obrazowania w trybie B minimum 175° ”

9. Dz. VI pkt 11

Zamawiający stawia następujące wymaganie: „Oprogramowanie do obliczania % unaczynienia tkanki w obrazach 3D”

Odowiedź: Zamawiający usuwa zapis w całości.

Z poważaniem,

Z-ca Dyr. ds. ekonomiczno-eksploatacyjnych

inż. Małgorzata Kołodziej-Sarna