

Poznań, dnia 2013-12-11 d
EZ/350/114/2013/____1491_____

**wg rozdzielnika:
do wszystkich uczestników i zainteresowanych postępowaniem o zamówienie publiczne**

**dotyczy: ZAKUP I DOSTAWA URZADZEŃ MEDYCZNYCH – przetarg
nieograniczony [350/114/2013]**

Wielkopolskie Centrum Onkologii uprzejmie informuje, iż wpłynęły pytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które udzielamy odpowiedzi:

Dotyczy: Specjalistyczny stół operacyjny – 1 szt. GINEKOLOGIA

1. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna za spełnianie warunku z punkty nr 1 tabeli parametrów technicznych posiadanie przez stół wysuwanych nóg do stabilizacji oraz podwozia niewysuwanego? **Odpowiedź:** TAK.
2. Czy Zamawiający dopuści stół z teleskopową kolumną umieszczoną bocznie w stosunku do podstawy jezdnej oraz centralnie w stosunku do blatu, wykonaną ze stali nierdzewnej z osłoną gumową w części górnej, odporną na wnikanie płynów, służącą osłonięciu elementów ruchomych wykorzystywanych do pozycjonowania stołu? Jest to rozwiązanie powszechnie stosowane w stołach operacyjnych i nie powoduje pogorszenia ich jakości, a pozwala na większą elastyczność stołu i osiągnięcie dobrych wartości przechyłów bocznych i wzdłużnych. **Odpowiedź:** Nie dopuszcza się. Zamawiający podtrzymuje wymaganie posiadania kolumny umieszczonej bocznie również w stosunku do blatu stołu operacyjnego. Takie rozwiązanie jest korzystniejsze z uwagi na specyfikę ułożenia w pozycjach do operacji ginekologicznych. Zgodnie z wymaganiami nie dopuszcza się elementów kolumny wykonanych z gumy ponieważ jest to rozwiązanie narażone na uszkodzenia mechaniczne i skomplikowane w czyszczeniu.
3. Prosimy o dopuszczenie stołu z blatem mocowanym na stałe, a co za tym idzie bez dostępu ramieniem C nad kolumną, lub stołu z przesuwającym blatem i pełnym dostępem ramienia C. **Odpowiedź:** Nie dopuszcza się. Wymaga się stabilnego rozwiązania z blatem umieszczonym na stałe bez przesuwu i bez zdejmowania.
4. Prosimy o potwierdzenie, że pod pojęciem „z możliwością zamiany stron obu podpór” pkt 6 tabeli stołu ginekologicznego Zamawiający ma na myśli zamianę segmentu głowy z segmentem nóg, tak jak w punkcie 4 opisu stołu laryngologicznego. **Odpowiedź:** Nie. Pod pojęciem „możliwość zmiany stron obu podpór” w pkt. 6 tabeli stołu ginekologicznego rozumie się i wymaga zmianę stron możliwość zamiany segmentu nóg (podpór nóg) z lewej na prawą i odwrotnie.
5. Czy Zamawiający dopuści stół z wysokością minimalną 681 mm, co jest parametrem lepszym od wymaganego? **Odpowiedź:** Tak

6. Czy Zamawiający dopuści stół o długości maksymalnej do 230 cm? **Odpowiedź:** Tak
7. Czy Zamawiający dopuści stół z elektrohydrauliczną regulacją pozycji Trendelenburga 45 stopni oraz oraz anty-Trendelenburga 30 stopni, co jest parametrem lepszym od wymaganego? **Odpowiedź:** Tak
8. Czy Zamawiający dopuści pilota posiadającego jeden, liniowy wskaźnik naładowania akumulatorów, który podzielony jest na 4 równe części oraz kodowany kolorami (zielony, żółty, czerwony)? **Odpowiedź:** Nie dopuszcza się jednego wskaźnika, ponieważ w przypadku jego awarii brak jest informacji o stanie naładowania akumulatorów.
9. Czy Zamawiający dopuści stół z obustronną, elektrohydrauliczną regulacją przechyłu bocznego blatu 25 stopni, co jest parametrem lepszym od wymaganego? **Odpowiedź:** Tak
10. Czy Zamawiający dopuści stół z możliwością ustawienia siedziska w zakresie -30/+45 stopni? **Odpowiedź:** Nie dopuszcza się. Proponowane parametry są dużo gorsze od wymaganych.
11. Czy Zamawiający dopuści segment głowy z regulacją w zakresie -100 - +90 stopni? Parametr ten jest znacznie lepszy od wymaganego i pozwala na ustawianie wielu wygodnych dla pacjenta i operatora pozycji. **Odpowiedź:** Nie dopuszcza się. Proponowane parametry są dużo gorsze od wymaganych, a przy operacjach ginekologicznych opuszczanie zagłówka nie jest korzystne.

Dotyczy: Specjalistyczny stół operacyjny – 1 szt. GINEKOLOGIA

1. Czy Zamawiający dopuści stół z wysokością minimalną 690 mm, co jest parametrem lepszym od wymaganego? **Odpowiedź:** Tak
2. Czy Zamawiający dopuści stół z elektrohydrauliczną regulacją pozycji Trendelenburga 30 stopni oraz oraz anty-Trendelenburga 40 stopni, co jest parametrem lepszym od wymaganego? **Odpowiedź:** Tak
3. Czy Zamawiający dopuści pilota posiadającego widoczny trzystopniowy wskaźnik naładowania akumulatorów kodowany kolorami (zielony, żółty, czerwony) w postaci diod? **Odpowiedź:** Nie, wymaga się precyzyjnego wskaźnika stanu naładowania akumulatorów
4. Czy Zamawiający dopuści stół z możliwością ustawienia siedziska w zakresie -40/+30 stopni? **Odpowiedź:** Nie dopuszcza się ponieważ proponowane parametry są dużo gorsze od wymaganych, znacznie odbiegają od wymagań siwz.

Z poważaniem,
Z-ca Dyr. ds. ekonomiczno-eksploatacyjnych

inż. Małgorzata Kołodziej-Sarna