

Poznań, dnia 2013-12-20 l.
EZ/350/114/2013/____1538____

**wg rozdzielnika:
do wszystkich uczestników i zainteresowanych postępowaniem o zamówienie publiczne**

dotyczy: **ZAKUP I DOSTAWA URZADZEŃ MEDYCZNYCH – przetarg nieograniczony**
[350/114/2013]

KOREKTA ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Wielkopolskie Centrum Onkologii uprzejmie informuje, iż w udzielonych odpowiedziach koryguje się:

➤ odpowiedź z dnia 13-12-2013 l. dz. 1502; korekta polega na skreśleniu słów „Zamawiający dopuszcza powyższe.”

Winno być:

PYTANIE

Specjalistyczny stół operacyjny – 1szt Endoskopia

Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny, w którym blat zabezpieczony jest przed niezamierzonym przechyłem bocznym poprzez konieczność naciśnięcia na panelu rezerwowym odpowiedniego przycisku oraz użycia dźwigni nożnej? Aby zmienić pozycję blatu za pomocą panelu rezerwowego należy zawsze wykonać dwie czynności, co skutecznie zabezpiecza przed przypadkowym uruchomieniem m.in. przechyłu bocznego.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Komplikuje to obsługę stołu, z naszego doświadczenia to rozwiązanie się nie sprawdza

~~Zamawiający dopuszcza powyższe.~~

➤ odpowiedź z dnia 11-12-2013 l. dz. 1492

PYTANIE

Specjalistyczny stół operacyjny – 1szt Ginekologia

Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny, w którym elektrohydrauliczna regulacja wysokości blatu odbywa się w zakresie 635-1075mm? Proponowany parametr różni się nieznacznie od wymaganego.

Jest ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza regulację wysokości w dolnej granicy od 635mm i nie dopuszcza parametru gorszego, regulacji wysokości w górnej granicy do 1075mm, jest to parametr znacznie niższy od wymaganego.

WINNA BYĆ ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza regulację w zakresie 635-1075mm.

➤ odpowiedź z dnia 11-12-2013 l. dz. 1492

PYTANIE

Specjalistyczny stół operacyjny – 1szt Ginekologia

Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny, w którym zakres regulacji segmentu głowy odbywa się w zakresie **+45°/-90°**? Proponowany parametr jest korzystniejszy od wymaganego.

Jest ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza powyższego ponieważ proponowane rozwiązanie jest niekorzystne dla ułożeń w pozycji ginekologicznych.

Winna być ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza zakres +45°/-90°

➤ odpowiedź z dnia 11-12-2013 l. dz. 1492

PYTANIE

Dotyczy pozycji 1 – Specjalistyczny stół operacyjny – 1 sztuka - GINEKOLOGIA

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości elektrohydrauliczny stół operacyjny, wyposażony w zdejmowany podglówek, w którym mechaniczna regulacja położenia kąтового realizowana jest od **-58° do +26°** z dodatkową możliwością jego wysunięcia o 135mm? Parametr ten podnosi funkcjonalność stołu i pozwala na swobodne przeprowadzanie zabiegów operacyjnych okolic głowy chorego.

Jest ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza powyższego ponieważ parametr – 58 stopni znacznie odbiega od wymaganego

Winna być ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza zakres od -58° do +26°.

➤ odpowiedź z dnia 11-12-2013 l. dz. 1491

Pytanie 11 Specjalistyczny stół operacyjny – 1 sztuka - GINEKOLOGIA

Czy Zamawiający dopuści segment głowy z regulacją w zakresie -100 - +90 stopni? Parametr ten jest znacznie lepszy od wymaganego i pozwala na ustawianie wielu wygodnych dla pacjenta i operatora pozycji.

Jest Odpowiedź: Nie dopuszcza się. Proponowane parametry są dużo gorsze od wymaganych, a przy operacjach ginekologicznych opuszczanie zagłówka nie jest korzystne.

Winna być odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zakres -100 - +90 stopni.

➤ odpowiedź z dnia 11-12-2013 l.dz. 1491

Pytanie 10. Specjalistyczny stół operacyjny – 1 sztuka - GINEKOLOGIA

Czy Zamawiający dopuści stół z możliwością ustawienia siedziska w zakresie -30/+45 stopni?

Jest Odpowiedź: Nie dopuszcza się. Proponowane parametry są dużo gorsze od wymaganych

Winna być odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zakres -30/+45 stopni.

➤ odpowiedź z dnia 11-12-2013 l.dz. 1491

Pytanie 4. Specjalistyczny stół operacyjny – 1 sztuka - GINEKOLOGIA

Czy Zamawiający dopuści stół z możliwością ustawienia siedziska w zakresie -40/+30 stopni?

Jest Odpowiedź: Nie dopuszcza się ponieważ proponowane parametry są dużo gorsze od wymaganych, znacznie odbiegają od wymagań siwz.

Winna być odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zakres -40/+30 stopni.

MODYFIKACJA SPECYFIKACJI

W specyfikacji **koryguje się opis techniczny** w załączniku 7 w pkt 13 pakietu 2 – stół operacyjny dla Ginekologii

Jest

13	Sygnalizacja stanu naładowania akumulatora, pilot powinien posiadać minimum 12 wskaźników sygnalizujących stan naładowania akumulatorów.	Tak
----	--	-----

Winno być:

13	Sygnalizacja stanu naładowania akumulatora, pilot powinien posiadać minimum 6 wskaźników sygnalizujących stan naładowania akumulatorów.	Tak
----	--	-----

ZMIANA TERMINÓW

Ustala się nowe terminy postępowania 114/2013:

- **Termin składania ofert do dnia 09.01.2014 r. do godz. 10.00**
- **Termin otwarcia ofert w dniu 09.01.2014 r. o godz. 11.00**

Zamawiający oceni złożone oferty w oparciu o wymagania zawarte w specyfikacji z uwzględnieniem udzielonych odpowiedzi na pytania.

Z poważaniem,
Z-ca Dyr. ds. ekonomiczno-eksploatacyjnych

inż. Małgorzata Kołodziej-Sarna