

Poznań, dnia 05.12.2013
EZ/350/126/2013/1452

**Wg rozdzielnika:
do wszystkich zainteresowanych i uczestników postępowania o zamówienie
publiczne.**

dotyczy: przetargu nieograniczonego nr EZ/350/126/2013 Zakup i dostawa narzędzi
chirurgicznych.

Wielkopolskie Centrum Onkologii uprzejmie informuje, iż zmienia opis narzędzi wymaganych w pakiecie nr 1.

Zamawiający pierwotnie omyłkowo opisał zamawiane narzędzia, oraz nie zawarł wszystkich narzędzi stanowiących zapotrzebowanie.

Wobec zapytań, które wpłynęły do pakietu nr 1 Zamawiający przedstawia poniżej prawidłowy opis narzędzi zwracając się do zainteresowanych Wykonawców z prośbą o przeanalizowanie opisu i ewentualne zapytania do opisanego poniżej asortymentu. Nie chcąc wprowadzać w błąd Zamawiający nie odpowiada na zadane wcześniej pytania ponieważ dotyczą one pierwotnie zawartego błędnego opisu.

PAKIET NR 1

NARZĘDZIA CHIRURGICZNE

Lp.	Opis narzędzi	Ilość
1	Uchwyt skalpela nr.3 długość 125 mm	10 szt.
2	Kleszcyki naczyniowe z uzębieniem atraumatycznym, podwójnie zakrzywione, długość szczęk 65 mm, odległość zakrzywienia 30 mm, długość całkowita 205 mm	2 szt.
3	Rozszerzacz żeber głębokość łyżek 28 mm, szerokość 32 mm, maksymalna rozwartość 120 mm	1 szt.
4	Nożyczki preparacyjne końce tępe proste, długość ostrzy 47 mm, długość nożyczek 170 mm	15 szt.
5	Hak operacyjny dwustronny rozmiar łyżek 22 x 21 mm/ 29 x 30 mm, długość 250 mm	1 szt.
6	Igłotrzymacz chirurgiczny prosty nacięcia krzyżowe 0,5 mm, długość szczęki 29 mm, długość całkowita 275 mm	5 szt.
7	Pinceta chirurgiczna 1x2 ząbki szerokość szczęki 2 mm i ząbki krzyżowe o długości 20 mm, długość 250 mm	10 szt.
8	Pinceta anatomiczna z uzębieniem atraumatycznym prosta szerokość szczęki 2 mm, długość ząbków 18 mm, długość całkowita 200 mm	10 szt.
9	Kleszcyki preparacyjne i do podwiązek odgięte na wysokość 20 mm, skok ząbków 0,7 mm, długość całkowita 270 mm	10 szt.

10	Nożyczki preparacyjne z twardą wkładką końce tępe zakrzywione na wysokość 11,5 długość ostrzy 45 mm, długość całkowita 260 mm	10 szt.
11	Pinceta anatomiczna prosta z uzębieniem atraumatycznym szerokość pyszczka 2 mm długość 150 mm	6 szt.
12	Pinceta anatomiczna z uzębieniem atraumatycznym prosta szerokość szczęk 2,8 mm długość ząbków 19,5 mm, długość 200 mm	5 szt.
13	Pinceta chirurgiczna 1x2 ząbki, szerokość szczęki 2 mm i ząbki krzyżowe o długości 25 mm, długość 305 mm	10 szt.
14	Kleszczyki jelitowe proste uzębienie atraumatyczne, szerokość szczęki 6,2 mm, długość szczęk 49 mm, długość całkowita 155 mm	8 szt.
15	Kleszczyki jelitowe proste uzębienie atraumatyczne, szerokość szczęki 7 mm, długość szczęki 60 mm, długość całkowita 200 mm	10 szt.
16	Hak operacyjny dwustronny rozmiar łyżek 38x37 mm / 64x43 mm, długość 270 mm	1 szt.
17	Haczyk skórny dwuzębny ostry, szerokość 10 mm, odgięcie 3,5 mm, długość całkowita 150 mm	14 szt.
18	Igłotrzymacz chirurgiczny prosty z twardą wkładką, nacięcia krzyżowe 0,5 mm, długość szczęki 29 mm, długość całkowita 275 mm, ucha złoczone	6 szt.
19	Nożyczki preparacyjne końce tępe zakrzywione na wysokość 14 mm, długość ostrzy 45 mm, długość całkowita 280 mm	10 szt.
20	Pinceta anatomiczna z uzębieniem atraumatycznym prosta, szerokość szczęki 2,8 mm, długość ząbków 25 mm, siła zwierania 3,5 N, długość całkowita 300 mm	5 szt.
21	Pinceta chirurgiczna 1x2 ząbki, szerokość szczęki 1,9 mm i ząbki krzyżowe o długości 20 mm, długość całkowita 200 mm	30 szt.
22	Pinceta anatomiczna prosta z uzębieniem atraumatycznym szerokość pyszczka 1,5 mm, długość 150 mm	6 szt.
23	Pinceta anatomiczna z uzębieniem atraumatycznym, prosta szerokość szczęki 2 mm, długość ząbków 25 mm, długość całkowita 300 mm	10 szt.
24	Nożyczki preparacyjne z twardą wkładką końce tępe zakrzywione na wysokość 10 mm, długość ostrzy 45 mm, długość całkowita 285 mm	10 szt.

PYTANIE

Prosimy o dopuszczenie w Pakiecie 2:

a. Pozycja nr 1 – Klipsownicy wielokrotnego użytku przeznaczonej do zabiegów klasycznych, kompatybilnej z klipsami tytanowymi średnimi typu LT 200. Długość instrumentu 14,6 cm?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE

Prosimy o doprecyzowanie ilości sztuk produktu, jaki należy zaoferować w Pakiecie 2 gdyż z opisu zawartego w SIWZ można wywnioskować, iż zamawiający wymagał konkretnej ilości produktu a w opisie nie ma takiej informacji.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wymaga 8 sztuk klipsownic.

PYTANIE

Czy w celu umiarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 5 ust 1a

a) opóźnienia lub zwłoki w dostawie zamówionych Przedmiotów umowy Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 0,1 % niezrealizowanej w terminie części zamówienia, za każdy dzień opóźnienia lub zwłoki, licząc od dnia określonego na podstawie w § 3 ust. 4 niniejszej umowy, jednak nie więcej niż 10% niezrealizowanej w terminie części zamówienia.

b) nieuzasadnionego zerwania niniejszej umowy, przez co strony rozumieją w szczególności zaprzestanie przez Wykonawcę sprzedaży i dostarczania Przedmiotów umowy lub wykonywania innych obowiązków wynikających z postanowień niniejszej umowy, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości:

- 5% wartości brutto niezrealizowanej części umowy,

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany. Należy wskazać, że wysokość kar ustanowiona została na optymalnym poziomie, w związku z czym jakakolwiek zmiana będzie niekorzystna dla zamawiającego. Z uwagi na dysponowanie przez Zamawiającego środkami publicznymi oraz prowadzenie działalności mającej na celu ochronę zdrowia i życia pacjentów zasadne jest pozostawienie kar na dotychczasowym poziomie, co ma na celu dyscyplinowanie Wykonawcy i zapewnienie ochrony zamawiającego.

UWAGA:

Ocena oferty przez Zamawiającego zostanie dokonana w oparciu o wymagania zawarte w specyfikacji z uwzględnieniem niniejszej modyfikacji.

Z poważaniem,

z-ca dyrektora ds. ekonomiczno- eksploatacyjnych
inż. Małgorzata Kołodziej- Sarna