

Poznań, dnia 20.12.2013  
EZ/350/126/2013/1533

Wg rozdzielnika:  
do wszystkich zainteresowanych i uczestników postępowania o zamówienie publiczne.

dotyczy: przetargu nieograniczonego nr EZ/350/126/2013 Zakup i dostawa narzędzi chirurgicznych.

Wielkopolskie Centrum Onkologii uprzejmie informuje, iż wpłynęły zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, na które udzielamy odpowiedzi.

PYTANIE

Pakiet nr 4

Pozycja 10: Czy pinceta chirurgiczna 3x4 zębki dł. 145mm zamiast 160mm zostanie uznana przez zamawiającego za spełniającą wymagania SWIZ?

ODPOWIEDŹ

TAK.

PYTANIE

Pakiet nr 6

Pozycja 1,8: Prosimy o dokładniejszy opis wsporników, wymiary itp.

ODPOWIEDŹ

Pakiet 6 poz. 1 i

Zamawiający wymaga urządzenia o podstawie:

Dł- 11,5cm

Szer. 8,8cm

Na podstawie otwory wąskie o dł. 4,5 cm.

Pośrodku podstawy jest wmontowany trzpień o regulowanej wysokości od 14-22cm.

Obręcz gumowa lub z tworzywa o średnicy wewn. 6,5 cm, śr. Zewn. 9,5cm.

Szerokość obręczy 1,5cm.

Pośrodku obręczy ruchoma na wspornikach poprzeczka o dł. 9,2cm. W połowie poprzeczki zamontowany okrągły pręt o dł. 35cm z regulowanym, uchwytem i mocowaniem, wewnątrz prętu rowek o dł. 28,2cm.

PYTANIE

Pakiet nr 1

Pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści uchwyt skalpela nr 3 o długości 120 mm zamiast 125 mm?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający Wyraża zgodę na powyższe z zachowaniem pozostałych parametrów.

**PYTANIE**

Pakiet nr 1

Pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści kleszczyki naczyniowe z uzębieniem atraumatycznym, podwójnie zakrzywione, długość szczęk 60 zamiast 65 mm, odległość zakrzywienia i długość całkowita bez zmian.

**ODPOWIEDŹ**

Zamawiający dopuszcza długość szczęk 60 mm przy zachowaniu pozostałych parametrów.

**PYTANIE**

Pakiet nr 1

Pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści rozszerzacz żeber dla dzieci o wymiarach łyżek 31x31 i maksymalnej rozwartości 100 mm lub wymiar łyżek 35x44 i maksymalnej rozwartości 150 mm?

**ODPOWIEDŹ**

Zamawiający nie wyraża zgody na zaferowanie rozszerzacza o wymiarach 35 x 44 i maksymalnej rozwartości 150mm, ponieważ posiada takie narzędzie. Natomiast wyraża się zgodę na wielkość łyżek 31 x 31 mm z zachowaniem rozwartości 120mm.

**PYTANIE**

Pakiet nr 1

Pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści nożyczki preparacyjne, końce tępe, proste, długość ostrzy 48-50 mm, długość nożyczek 170 mm?

**ODPOWIEDŹ**

Zamawiający wyraża zgodę na długość ostrzy 48 mm z zachowaniem pozostałych parametrów.

**PYTANIE**

Pakiet nr 1

Pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści hak operacyjny dwustronny rozmiar łyżek 25x22 i 34/30, długość całkowita 255 mm?

**ODPOWIEDŹ**

Zamawiający wyraża zgodę na długość haka, natomiast podtrzymuje zapisy specyfikacji dotyczące rozmiaru łyżek haka, które to haki używane są do rozworu przełykowego podczas operacji przełyku (nie mogą być łyżki za szerokie)

**PYTANIE**

Pakiet nr 1

Pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści igłotrzymacz chirurgiczny prosty, nacięcia krzyżowe 0,5mm, długość szczęki 29-30 mm, długość całkowita 270 mm?

**ODPOWIEDŹ**

Zamawiający wyraża zgodę na długość szczęk i długość całkowitą z zachowaniem pozostałych parametrów.

PYTANIE

Pakiet nr 1

Pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści pensetę chirurgiczną 1x2 zębki, szerokość szczęki 2 mm i zębki krzyżowe o długości 25mm zamiast 20 mm , długość całkowita 250 mm?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza powyższe.

PYTANIE

Pakiet nr 1

Pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści pensetę anatomiczną z uzębieniem atraumatycznym , prosta , szerokość szczęki 2 mm, długość zębów 20-21 mm zamiast 18 mm, długość całkowita 200 mm.?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza powyższe.

PYTANIE

Pakiet nr 1

Pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści nożyczki preparacyjne z twardą wkładką , końce tępe, zakrzywione, długość ostrzy 50 mm , długość całkowita 260 mm?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wyraża zgodę przy zachowaniu pozostałych parametrów.

PYTANIE

Pakiet nr 1

Pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści wymaganą pensetę w rozmiarze 155 mm zamiast 150 mm?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wyraża zgodę na dł. 155mm z zachowaniem pozostałych parametrów.

PYTANIE

Pakiet nr 1

Pozycja 13

Czy Zamawiający dopuści pensetę chirurgiczną 1x2 zębki , szerokość szczęki 2 mm i zębki krzyżowe o długości 20 mm, długość całkowita 305 mm?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza powyższe.

PYTANIE

Pakiet nr 1

Pozycja 15

Czy Zamawiający dopuści wymagane kleszcze w rozmiarze 190 mm zamiast 200 mm? Jeśli Zamawiający nie wyrazi zgody bardzo prosimy o dopuszczenie kleszczy jelitowych typ Babcock w rozmiarze 20,5 cm.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wyraża zgodę na kleszcze w rozmiarze 190 mm z zachowaniem pozostałych parametrów.

PYTANIE

Pakiet nr 1

Pozycja 16

Czy Zamawiający dopuści hak operacyjny dwustronny rozmiar łyżek 43/39 i 65/43, długość całkowita 270 mm?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza powyższe.

PYTANIE

Pakiet nr 1

Pozycja 17

Czy Zamawiający dopuści haczyk skórny dwuzębny , ostry typ Joseph. Dł 160 mm?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wyraża zgodę na dł. 160 mm z zachowaniem pozostałych parametrów.

PYTANIE

Pakiet nr 1

Pozycja 18

Czy Zamawiający dopuści igłotrzymacz chirurgiczny prosty z twardą wkładką, nacięcia krzyżowe 0,5 mm, długość całkowita 270 mm, ucha złożone?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wyraża zgodę na dł. 270 mm z zachowaniem pozostałych parametrów.

PYTANIE

Pakiet nr 1

Pozycja 19

Czy Zamawiający dopuści nożyczki preparacyjne typ Nelson-Metzenbaum, zakrzywione , końce tepe , długość całkowita 285 mm?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wyraża zgodę na dł. 285 mm z zachowaniem pozostałych parametrów.

PYTANIE

Pakiet nr 1

Pozycja 20

Czy Zamawiający dopuści pensetę anatomiczną z uzębieniem atraumatycznym, prosta , szerokość szczęki 2,7 mm, długość całkowita 305 mm?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wyraża zgodę na szer. Szczęki 2,7mm, dł. Całkowitą 305 mm z zachowaniem pozostałych parametrów.

PYTANIE

Pakiet nr 1

Pozycja 21

Czy Zamawiający dopuści pensetę chirurgiczną typ Waugh 1x2 zębki, zębki krzyżowe , długość całkowita 205 mm?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wyraża zgodę na dł. Całkowitą 205 mm z zachowaniem pozostałych parametrów.

PYTANIE

Pakiet nr 1

Pozycja 22

Czy Zamawiający dopuści pensetę anatomiczną prostą z uzębieniem atraumatycznym, szerokość pyszczka 1,5mm i długość całkowita 155 mm?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wyraża zgodę na dł. całkowitą 155 mm i szer. pyszczka 1,5mm.

PYTANIE

Pakiet nr 1

Pozycja 23

Czy Zamawiający dopuści pensetę anatomiczną prostą z uzębieniem atraumatycznym, szerokość pyszczka 2 mm i długość całkowita 305 mm?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wyraża zgodę na dł. 305 mm z zachowaniem pozostałych parametrów.

PYTANIE

Pakiet nr 1

Pozycja 24

Czy Zamawiający dopuści nożyczki preparacyjne typ Nelson –Metzenbaum, tępe, zakrzywione, z twardą wkładką , dł 285 mm?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wyraża zgodę na twardą wkładkę i dł. Nożyczek 285 mm z zachowaniem pozostałych parametrów.

PYTANIE

Pakiet nr 4 - poz. 3

Czy zamawiający dopuści do zaofierowania : NOZYCZKI DELIKATNE PROSTE, OSTRE, DO KATARAKTY, DLUGOSC 115 MM?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza powyższe.

PYTANIE

Pakiet nr 4 - poz. 5

Czy zamawiający dopuści do zaofierowania : NOZYCZKI PREPARACYJNE TYP METZENBAUM ODGIETE, KONCE TEPE, DLUGOSC 150 MM?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza powyższe.

PYTANIE

Pakiet nr 4 - poz. 6

Czy zamawiający dopuści do zaofierowania : IGŁOTRZYMACZ CHIRURGICZNY TYP HALSEY Z TWARDA WKLADKĄ DŁ.130MM.GLADKI, UCHA ZŁOCONE?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza powyższe.

PYTANIE

Pakiet nr 4 - poz. 7

Czy zamawiający dopuści do zaofierowania : IGŁOTRZYMACZ TYP HEGAR DŁ. 150 MM Z TWARDA WKLADKĄ UCHA ZŁOCONE?

**ODPOWIEDŹ**

Zamawiający dopuszcza powyższe.

**PYTANIE**

Pakiet nr 4 - poz. 7

Czy zamawiający dopuści do zaferowania : IGŁOTRZYMACZ TYP MAYO- HEGAR DŁ. 160 MM Z TWARDĄ WKŁADKĄ UCHA ZŁOCONE?

**ODPOWIEDŹ**

Zamawiający dopuszcza powyższe.

**PYTANIE**

Pakiet nr 4 - poz. 8

Czy zamawiający dopuści do zaferowania PINCETA CHIRURGICZNA TYP ADSON, 1X2 ZĄBKI , DŁ.150MM?

**ODPOWIEDŹ**

Zamawiający dopuszcza powyższe.

**PYTANIE**

Pakiet nr 4 - poz. 11

Czy zamawiający dopuści do zaferowania: KLESZCZYKI NACZYNIOWE DELIKATNE TYP HALSTED PROSTE 1X2 ZĄBKI DŁ. 120?

**ODPOWIEDŹ**

Zamawiający dopuszcza powyższe.

**PYTANIE**

Pakiet nr 4 - poz. 12

Czy zamawiający dopuści do zaferowania: KLESZCZYKI NACZYNIOWE DELIKATNE TYP HALSTED PROSTE 1X2 ZĄBKI DŁ. 120?

**ODPOWIEDŹ**

Zamawiający dopuszcza powyższe.

**PYTANIE**

Pakiet nr 4 - poz. 15

Czy zamawiający dopuści do zaferowania: KLESZCZYKI NACZYNIOWE DELIKATNE TYP HALSTED-MOSQUITO BEZ ZĄBKA ODGIĘTE DŁ. 120MM?

**ODPOWIEDŹ**

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Jednocześnie Wielkopolskie Centrum Onkologii uprzejmie informuje, iż modyfikuje zapis Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia dodając do przedmiotu zamówienia pakiet nr 9, którego zakres wymieniony został poniżej

Lp	Nazwa	ilość
1	PINCETA ANATOMICZNA DELIKATNA Z TWARDĄ WKŁADKĄ, WĄSKA, SZER. CZUBKÓW 1,3 MM, SIŁA ZWIERANIA 1,4 N, DŁ.145 MM	15

2	PINCETA ANATOMICZNA TYP MICRO-ADSON SZER. CZUBKÓW 0,8 MM, SIŁA ZWIERANIA 1,4 N, DŁ. 150 MM	5
3	PINCETA ANATOMICZNA TYP ADSON Z TWARDAŁĄ WKŁADKĄ SZER. CZUBKÓW 1,2 MM, SIŁA ZWIERANIA 1,8 MM DŁ. 120 MM	5
4	NOŻYCZKI CHIRURGICZNE TYP MAYO, KOŃCE TĘPE PROSTE DŁ. OSTRZA 43 MM DŁ. 155 MM	5
5	NOŻYCZKI CHIRURGICZNE TYP MAYO, KOŃCE TĘPE ZAKRZYWIONE DŁ. OSTRZA 43 MM ODGIĘCIE 14 MM DŁ. 155 MM	5
6	NOŻYCZKI DELIKATNE KOŃCE OSTRE PROSTE DŁ. OSTRZA 32 MM DŁ. 120 MM	3
7	IGŁOTRZYMACZ CHIRURGICZNY TYP MAYO-HEGAR SZCZĘKI Z KANAŁKIEM NACIĘCIA KRZYŻOWE 0,5 MM DŁ. 150 MM	10
8	ŁYŻECZKA KOSTNA TYP WILLIGER FIG. 00 GŁÓWKA OWALNA SZEROKOŚĆ 3,4 MM DŁ. 170 MM	2
9	ŁYŻECZKA KOSTNA TYP WILLIGER FIG. 1 GŁÓWKA OWALNA SZEROKOŚĆ 5,2 MM DŁ. 170 MM	2
10	SZCZYPCE PRZYSADKI TYP YASARGIL ŚREDNICA SZCZĘKI 2,2 MM DŁ. 190 MM	2
11	SZCZYPCE PRZYSADKI TYP YASARGIL ŚREDNICA SZCZĘKI 3,5 MM DŁ. 190 MM	1

W związku z powyższym zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert.  
Składanie do dnia 10.01.2014r. do godziny 10.00  
Otwarcie ofert w dniu 10.01.2014 o godzinie 11.00

**UWAGA:**

Ocena oferty przez Zamawiającego zostanie dokonana w oparciu o wymagania zawarte w specyfikacji z uwzględnieniem niniejszej modyfikacji.

Z poważaniem,

z-ca dyrektora ds. ekonomiczno- eksploatacyjnych  
inż. Małgorzata Kołodziej- Sarna