

Poznań, dnia 13.01.2014
EZ/350/126/2013/39

**Wg rozdzielnika:
do wszystkich zainteresowanych i uczestników postępowania o zamówienie
publiczne.**

dotyczy: przetargu nieograniczonego nr EZ/350/126/2013 Zakup i dostawa narzędzi
chirurgicznych.

Wielkopolskie Centrum Onkologii uprzejmie informuje, iż wpłynęły zapytania, na które udzielamy odpowiedzi.

PYTANIE

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie nieznaczących różnic w wymiarach niżej wyspecyfikowanych narzędzi i nazwach (specyfika danego producenta), co umożliwi naszej firmie złożenie konkurencyjnej oferty:

Pakiet Nr 9

Poz.4,5) Nożyczki o dł. 140mm lub 150mm, pozostałe parametry bez zmian lub nożyczki Mayo-Stillle o dł. 150mm, pozostałe parametry bez zmian.

Poz.7) Iglotrzymacz o dł. 160mm, pozostałe parametry bez zmian.

Poz.8) Łyżeczka o szer. 3,5mm, pozostałe parametry bez zmian.

Poz.9) Łyżeczka o szer.5,5mm, pozostałe parametry bez zmian.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ gdyż w/w narzędzia są przeznaczone do zabiegów skórnych. W tych zabiegach każdy milimetr czy w długości narzędzia ma znaczenie-nożyczki o podanej przez Zamawiającego długości są niezbędne do zabiegów skórnych do zachowania precyzji zabiegu. Większa długość pozbawi operatora komfortu w czasie zabiegu. Łyżeczki również muszą mieć szerokość jaką podaliśmy. Zachowanie w/w szerokości jest konieczne przy tego typu zabiegach.

Jednocześnie Zamawiający koryguje zapis dwóch pozycji w zakresie pakietu nr 9. Omyłkowo, błędnie wpisano opis narzędzi.

Prawidłowy opis powinien brzmieć:

PAKIET NR 9

2. Pinceta do szwu naczyniowego chirurgiczna prosta dł. 130mm- ilość 5 sztuk

3. Pinceta chirurgiczna standard 1x2 zębki dł. 130mm- ilość 5 sztuk

W związku ze zmianą SIWZ zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert.

Składanie oferty do dnia 20.01.2014 do godz. 09.00

Otwarcie ofert w dniu 20.01.2014 o godz. 10.00

UWAGA:

Ocena oferty przez Zamawiającego zostanie dokonana w oparciu o wymagania zawarte w specyfikacji z uwzględnieniem niniejszej modyfikacji.

Z poważaniem,

z-ca dyrektora ds. ekonomiczno- eksploatacyjnych
inż. Małgorzata Kołodziej- Sarna