

Poznań, dnia 18.03.2014  
EZ/350/126/2013/385

Wg rozdzielnika: do wszystkich zainteresowanych postępowaniem nr  
EZ/350/126/2013

Dotyczy: **Zakup i dostawa narzędzi chirurgicznych**

Wielkopolskie Centrum Onkologii uprzejmie informuje, iż w wyniku dokonania ponownej oceny ofert w postępowaniu na zakup i dostawę narzędzi chirurgicznych została wybrana oferta spełniająca wymagania SIWZ:

PAKIET NR 1

AESULAP CHIFA Sp. z o. o.  
ul. Tysiąclecia 14  
64-300 Nowy Tomyśl

Wartość całkowita oferty wynosi 63.396,90zł netto; 68.468,65zł brutto

Termin realizacji do 4 tygodni od dnia podpisania umowy.

Wpłynęły 3 oferty. Odrzucono 2 oferty.  
Wartość punktowa oferty wynosi 100 pkt.

Wykonawcy, którzy złożyli oferty

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Cena	Punktacja
1	CHIRSTOM Marcin i Marek Dyner s.c. Ul. Mstowska 8 42-240 Rudniki	25.359,64zł netto; 27.388,41zł brutto	odrzucona
2	ADVANCE EUROPE Sp. z o. o. Ul. Skrzetuskiego 30/3 02-726 Warszawa	46.000,82zł netto; 49.680,89zł brutto	odrzucona
8	AESULAP CHIFA Sp. z o. o. ul. Tysiąclecia 14 64-300 Nowy Tomyśl	63.396,90zł netto; 68.468,65zł brutto	100

Zamawiający odrzuca ofertę firmy Christom Marcin i Marek Dyner z siedzibą w Rudnikach jako niezgodną z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający w trakcie postępowania w piśmie z dnia 05.12.2013 nr EZ/350/126/2013/1452 skorygował treść asortymentu w pakiecie nr 1 wymagając 24 pozycji.

Wykonawca zaoferował asortyment niezgodny z zamówieniem ( 20 pozycji narzędzi zamiast 24 pozycji).

Wobec powyższego oferta podlega odrzuceniu jako niezgodna z treścią SIWZ.

Podstawa prawna art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający odrzuca ofertę firmy Advacne Europe z siedzibą w Warszawie jako niezgodną z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

W trakcie postępowania Zamawiający zwrócił się do Wykonawcy o wyjaśnienie parametrów zaoferowanego narzędzia w pozycji nr 3.

Wykonawca pismem z dnia 17.03.2014 potwierdził, iż zaoferowany rozwieracz do żeber posiada maksymalną rozwartość 140mm.

Parametr ten jest niezgodny z wymaganiami Zamawiającego. W trakcie postępowania w udzielonych odpowiedziach na pytania Zamawiający pismem z dnia 20.12.2014 EZ/350/126/2013/1533 dopuścił rozszerzacz o wielkości łyżek 31 x 31 natomiast nie dopuścił innego rozwartości zachowując wymagany parametr bez zmian.

Zamawiający nie może przyjąć oferty która stricte nie odpowiada wymaganiom Specyfikacji.

Wobec powyższego oferta podlega odrzuceniu jako niezgodna z treścią SIWZ.

Podstawa prawna art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych

Dziękujemy za udział w postępowaniu o zamówienie publiczne.

Wybranego oferenta prosimy o przygotowanie umowy załączonej do niniejszego pisma.

Umowa dostępna w formie elektronicznej – prośbę proszę wysłać na adres: [zaopatrzenie@wco.pl](mailto:zaopatrzenie@wco.pl)

Data podpisania umowy 24.03.2014r.

Z poważaniem,

z-ca dyrektora ds. ekonomiczno- eksploatacyjnych

inż. Małgorzata Kołodziej- Sarna

*Proszę o potwierdzenie otrzymania treści pisma nr fax 061 8850 698*

*Potwierdzam otrzymanie pisma- informacji o wyborze ofert w postępowaniu nr  
EZ/350/126/2013- **Zakup i dostawa narzędzi chirurgicznych***

19.03.2014.

.....

*Podpis i pieczęćka*