

Poznań, dnia 28-08-2008  
EZ/...../2008

**Wg rozdzielnika:  
do uczestników postępowania o zamówienie publiczne.**

Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr 83/2008 – hybrydizer, mikrotom rotacyjny..

Wielkopolskie Centrum Onkologii informuje, iż w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego zostały wybrane poszczególne firmy w danym pakiecie – wg zestawienia poniżej:

**PAKIET 1 - HYBRYDIZER**

| Nr oferty | Nazwa oferenta   | Cena netto | Cena brutto | Uzyskane punkty w kryterium cena 100% | Termin dostawy | Termin gwarancji i rękojmi |
|-----------|--|------------|-------------|---------------------------------------|----------------|----------------------------|
| 1.        | <b>CARL ZEISS<br/>Ul. Naramowicka 76<br/>61-622 Poznań</b>                   | -          | -           | -                                     | -              | -                          |
| 2.        | <b>KENDROMED<br/>Ul. Soltysowicka 25 a<br/>51-168 Wrocław</b>                | -          | -           | -                                     | -              | -                          |
| 3.        | <b>DAKO Cytomation<br/>z o.o.<br/>Ul. Świętojańska 134<br/>81-404 Gdynia</b> | 20319,30   | 21741,65    | 100<br>oferta<br>wybrana              | 3 tyg.         | 12 m-cy                    |

**PAKIET 2 – MIKROTOM ROTACYJNY**

| Nr oferty | Nazwa oferenta   | Cena netto | Cena brutto | Uzyskane punkty w kryterium cena 100%      | Termin dostawy | Termin gwarancji i rękojmi |
|-----------|--|------------|-------------|--|----------------|----------------------------|
| 1.        | <b>CARL ZEISS<br/>Ul. Naramowicka 76<br/>61-622 Poznań</b>                   | 26512,24   | 28368,10    | Oferta odrzucona [uzasadnienie poniżej */] | 3 tyg.         | 12 m-cy                    |
| 2.        | <b>KENDROMED<br/>Ul. Soltysowicka 25 a<br/>51-168 Wrocław</b>                | 28000,00   | 29960,00    | 100<br>oferta wybrana                      | 3 tyg.         | 12 m-cy                    |
| 3.        | <b>DAKO Cytomation<br/>z o.o.<br/>Ul. Świętojańska 134<br/>81-404 Gdynia</b> | -          | -           | -  | -              | -                          |

*\*/ oferta odrzucona -uzasadnienie prawne - art. 89 ust.1 pkt. 2.- - uzasadnienie faktyczne - z powodu iż oferowany sprzęt nie posiada regulacji. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia określała-wymagała system retrakcji od 5  $\mu$ m - 100  $\mu$ m minimalnie z możliwością wyłączenia*

Dziękujemy za udział w postępowaniu o zamówienie publiczne.

Wybranego Oferenta prosimy o przygotowanie umowy wg wzoru zawartego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Data podpisania umowy wyznaczona zostaje na dzień **05-09-2008 r.**

Umowa dostępna w formie elektronicznej, na wniosek wysłany na emailto: [zaopatrzenie@wco.pl](mailto:zaopatrzenie@wco.pl) lub [sylwia.krzywiak@wco.pl](mailto:sylwia.krzywiak@wco.pl)

Z poważaniem,  
inż. Małgorzata Kołodziej-Sarna

z-ca Dyrektora ds. ekonomiczno-eksploatacyjnych