

Poznań, dn. 12.12.2013 r

EZ/ 350/141/2013/ 1506

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu o zamówienie publiczne nr EZ/ 350/141/2013
na zakup i dostawa myjek-rękawic do mycia ciała pacjenta

Wielkopolskie Centrum Onkologii informuje, iż wpłynęły pytania do ww przetargu, na które zamawiający udzielił odpowiedzi:

Pytanie 1

Czy Zamawiający rozumie po pojęciem „anatomiczny kształt” myjkę o zaokrąglonym kształcie (nie prostokątna), zwężaną w nadgarstku?

Odp. Tak.

Pytanie 2

Czy Zamawiający wymaga myjki zgrzewanej termicznie, a nie zszywanej, dzięki czemu nie działa drażniąco na skórę pacjenta?

Odp. TAK.

Pytanie 3

Czy Zamawiający wymaga dołączenia do oferty oświadczeniem producenta potwierdzającego możliwość stosowania myjek dla niemowląt?

Odp. Nie. Zamawiający nie wymaga.

Z poważaniem

Z-ca Dyrektora ds. ekonomiczno-eksploatacyjnych

inż. Małgorzata Kołodziej - Sarna