

Poznań, dnia 28.01.2014
EZ/350/142/2013/109

Wg rozdzielnika:
do wszystkich zainteresowanych i uczestników postępowania o zamówienie publiczne.

dotyczy: przetargu nieograniczonego nr EZ/350/142/2013 Zakup i dostawa
wyposażenia i mebli medycznych

Wielkopolskie Centrum Onkologii uprzejmie informuje, iż wpłynęły zapytania do
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które udzielamy odpowiedzi.

PYTANIE

Pakiet nr 1 – Wózek do przewożenia chorych w ilości 10 sztuk
Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w opuszczane poręcze boczne?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza powyższe.

PYTANIE

Pakiet nr 1 – Wózek do przewożenia chorych w ilości 10 sztuk
Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w materac bez uchwytów
umożliwiających przeniesienie pacjenta?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe ponieważ wózki są przeznaczone na
Bloki operacyjne i zachodzi konieczność przeniesienia pacjenta.

PYTANIE

Pakiet nr 1 – Wózek do przewożenia chorych w ilości 10 sztuk
Czy Zamawiający dopuści wózek o wymiarach zewnętrznych 2075 mm x 750 mm?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza powyższe.

PYTANIE

Pakiet nr 1 – Wózek do przewożenia chorych w ilości 10 sztuk
Czy Zamawiający dopuści wózek z regulacją wysokości leża w zakresie 620-990 mm?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza powyższe.

PYTANIE

Pakiet nr 1 – Wózek do przewożenia chorych w ilości 10 sztuk
Czy Zamawiający dopuści wózek z kątem przechyłu anty-Trendelenburga w zakresie 0-7°?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Proponowany zakres jest za mały

PYTANIE

Pakiet nr 1 – Wózek do przewożenia chorych w ilości 10 sztuk
Czy Zamawiający dopuści wózek z kątem przechyłu Trendelenburga w zakresie 0-14°?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Proponowany zakres jest za mały

PYTANIE

Pakiet nr 1 – Wózek do przewożenia chorych w ilości 10 sztuk
Czy Zamawiający dopuści wózek z kątem odchylenia oparcia nóg w zakresie 0-45°?
Jednocześnie bardzo prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga wózka dwu czy trzy segmentowego, ponieważ Zamawiający oczekuje regulacji segmentu nożnego, co oznacza iż powinien być zaoferowany wózek trzysegmentowy, natomiast we wcześniejszym opisie Zamawiający oczekuje wózka dwusegmentowego.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wymaga wózka dwusegmentowego.

PYTANIE

Pakiet nr 1 – Wózek do przewożenia chorych w ilości 10 sztuk
Czy Zamawiający dopuści wózek z obciążeniem roboczym wynoszącym 225 kg?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza powyższe.

UWAGA:

Ocena oferty przez Zamawiającego zostanie dokonana w oparciu o wymagania zawarte w specyfikacji z uwzględnieniem niniejszych odpowiedzi na pytania.

Z poważaniem,
z-ca dyrektora ds. ekonomiczno- eksploatacyjnych

inż. Małgorzata Kołodziej- Sarna