

Poznań, dnia 11.02.2014
EZ/350/142/2013/194

Wg rozdzielnika:
do wszystkich zainteresowanych i uczestników postępowania o zamówienie publiczne.

dotyczy: przetargu nieograniczonego nr EZ/350/142/2013 **Zakup i dostawa wyposażenia i mebli medycznych.**

Wielkopolskie Centrum Onkologii uprzejmie informuje, iż koryguje jedną z odpowiedzi udzieloną w piśmie EZ/350/142/2013/54 z dnia 15.01.2014.

W odpowiedziach jest:

PYTANIE

Dotyczy Pakietu nr 1 – wózek do przewożenia chorych – 10 szt.



1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do transportu chorych z ruchomym segmentem oparcia pleców w zakresie 70° przy użyciu mechanizmu rastomat (zaawansowany system zapadkowy)? Oferowane rozwiązanie pozwala na ułożenie pacjenta w wygodnej pozycji i jest oferowane na wymaganym przez Zamawiającego poziomie.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, wymaga się hydraulicznej regulacji wysokości oparcia pleców.

Winno być:

2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do transportu chorych z ruchomym segmentem oparcia pleców w zakresie 70° przy użyciu mechanizmu rastomat (zaawansowany system zapadkowy)? Oferowane rozwiązanie pozwala

na ułożenie pacjenta w wygodnej pozycji i jest oferowane na wymaganym przez Zamawiającego poziomie.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

W związku z powyższym zmianie ulegają terminy składania i otwarcia ofert.

Składanie ofert do dnia 14.02.2014 do godziny 09.00

Otwarcie ofert w dniu 14.02.2014. o godzinie 10.00.

UWAGA:

Ocena oferty przez Zamawiającego zostanie dokonana w oparciu o wymagania zawarte w specyfikacji z uwzględnieniem niniejszych odpowiedzi na pytania.

Z poważaniem,

z-ca dyrektora ds. ekonomiczno- eksploatacyjnych

inż. Małgorzata Kołodziej- Sarna