

Poznań, dnia 30.07.2008.
EZ/4507/ 2008

Wg rozdzielnika do wszystkich zainteresowanych przetargiem
nieograniczonym nr 78/2008

Dotyczy: Zakup i dostawa materacy do ogrzewania chorego na stole operacyjnym i sterowników

Wielkopolskie Centrum Onkologii informuje, iż w płynęły zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które udzielmy odpowiedzi.

PYTANIE

Czy Zamawiający dopuści materac do ogrzewania pacjenta podczas przeprowadzania zabiegów operacyjnych składający się z 3 modułów (3 materacy): moduł naramiennobarkowy, moduł na nogę lewą i moduł na nogę prawą.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza ww. materacy. Przy rozległych operacjach (klatka piersiowa, brzuch, krocze) wymagane jest ogrzewanie całego ciała „ od strony stołu operacyjnego” a nie „ części” ciała (system modułowy. Ponadto moduł naramiennobarkowy utrudnia dostęp do centralnego kontaktu żylnego.

Z poważaniem,
z-ca dyrektora ds. ekonomiczno- eksploatacyjnych

inż. Małgorzata Kołodziej- Sarna