

Poznań, dnia 19.03.2014
EZ/350/20/2014/393

**Wg rozdzielnika:
do wszystkich zainteresowanych i uczestników postępowania o zamówienie
publiczne nr EZ/350/20/2014
dotyczy: przetargu nieograniczonego: Zakup i dostawa urządzeń medycznych**

Wielkopolskie Centrum Onkologii uprzejmie informuje, iż wpłynęły zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które udzielamy odpowiedzi.

PYTANIE

Dotyczy pakiet nr 7

Czy Zamawiający dopuści ssak posiadający:

- maksymalny przepływ 80 L / min
- - maksymalne podciśnienie -95 kPa
- o wymiarach ok. wymiary 450x840x350mm
- waga max. 19 kg
- - napięcie zasilania 230 V / 50 Hz

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

- - dwie butle 3L z poliwęglanu (sterylizacja w 120stopniach C
- wskaźnik i regulator podciśnienia
- wózek jezdny na kółkach
- dreny silikonowe, filtr bakteryjny, łącznik drenów
- zabezpieczenie przed przepelnieniem



ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza powyższe urządzenie.

UWAGA:

Ocena oferty przez Zamawiającego zostanie dokonana w oparciu o wymagania zawarte w specyfikacji z uwzględnieniem niniejszych odpowiedzi na pytania.

Z poważaniem,
z-ca Dyr. ds. ekonomiczno-eksploatacyjnych

inż. Małgorzata Kołodziej-Sarna